

## **LISTA E KONTROLLIT PËR BURIME TË MBYLLURA**

**Tiranë 2016**

## INFOMRACION IDENTIFIKUES

I-1. Emri i Institucionit

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

I-2 Adresa

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

I-3 Kontakti

Tel. \_\_\_\_\_ Faks: \_\_\_\_\_

E - mail \_\_\_\_\_

I-4 Numri i Liçencës

\_\_\_\_\_

I-5 Numri i Niptit

\_\_\_\_\_

I-6 Emri dhe titulli i Përfaqësuesit  
legal të Personit Juridik ose fizik

\_\_\_\_\_

### Personeli

| Baza Ligjore                                                                                                           | Profesioni                                                                                                                                                                           |    |    | Komente (Funksioni , Diploma , Kualifikimet, Vite pune) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------|
| VKM-së Nr. 10 dt.07.01.2010 “Për licencimin dhe inspektimin e veprimtarive me burime të rrezatimit jonizues” , Pika 4. | Mjek                                                                                                                                                                                 | Po | Jo |                                                         |
|                                                                                                                        | Teknik Imazherie                                                                                                                                                                     | Po | Jo |                                                         |
|                                                                                                                        | A ka ndryshime në personel, duke e krahasuar me listën që është aprovuar nga Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet (KMR) në vlerësimin fillestar që është bërë për marrjen e licencës | Po | Jo |                                                         |

| Baza Ligjore                                                                                                          | Inventari i pajisjeve që gjenerojnë rrezatim |    |    | Komente (Aktiviteti max GBq , Forma fizike/kimike , Nr.serie , Përdorimi) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------|
| VKM-së Nr. 10 dt.07.01.2010 “Për licencimin dhe inspektimin e veprimtarive me burime të rrezatimit jonizues”, Pika 4. | Radionuklidi/e                               | Po | Jo |                                                                           |

| Baza Ligjore                                                                                                          | Përshkrimi i paisjeve që përdoren për matje dhe atyre mbrojtëse                                                                                                                                                                    |    |    | Komente |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| VKM-së Nr. 10 dt.07.01.2010 “Për licencimin dhe inspektimin e veprimtarive me burime të rrezatimit jonizues”, Pika 4. | A ka ndonjë ndryshim në inventarin e burimeve apo paisjeve në përdorim krahasuar me listën e burimeve apo paisjeve që është aprovuar nga KMR në momentin e marrjes së licencës                                                     | Po | Jo |         |
|                                                                                                                       | A ka ndonjë ndryshim ose modifikim që është bërë në mjediset e ushtrimit të aktivitetit me burime radioaktive në ndryshim nga ato të aprovuara nga KMR(P.sh ndryshimin apo rikonstrukcionin e kabinetit, në paisjet mbrojtëse etj) | Po | Jo |         |

Shënim: Në rast se konstatohen ndryshime sipas rasteve të mësipërme dhe subjekti nuk ka bërë amendimin e licencës për ndryshimet e bëra, penalizohet me dënimin kryesor “Heqje të licencës të ushtrimit të veprimtarisë me burime të rrezatimit jonizues”.

**Lista e kontrollit do plotësohet në zbatim të Udhëzimit për metodologjinë e përcaktimit të dënimeve administrative në procesin e inspektimeve nga inspektorët e ZMR**

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| <b>Baza Ligjore</b><br><u>VKM Nr. 590 datë. 18. 08.2011 “Për mbrojtjen e punëmarrësve të ekspozuar profesionalisht ndaj rrezatimeve jonizuese”</u> | <b>Detyrimet e punëdhënësit në lidhje me masat mbrojtëse</b>                                                                                                                                                                                |           |           |                |
| neni 2 pika 1/b                                                                                                                                    | a) A është drejtuesi (punëdhënësi), apo OMR i njohur me kërkesat e autoritetit kompetet dhe kushtet e licencën                                                                                                                              | <b>Po</b> | <b>Jo</b> | <b>1pikë</b>   |
| neni 2 pika 4/g                                                                                                                                    | b) A ka siguruar drejtuesi nivel të përshtatshëm të stafit punonjës (arsimimi, trajnimet e duhura)                                                                                                                                          | <b>Po</b> | <b>Jo</b> | <b>3pikë</b>   |
| neni 2 pika 4/b                                                                                                                                    | c) A ka siguruar drejtuesi masa administrative dhe mjete të mjaftueshshme për sigurimin e një pune të sigurtë të punëmarrësit.                                                                                                              | <b>Po</b> | <b>Jo</b> | <b>2pikë</b>   |
| neni 2 pika 4/h                                                                                                                                    | d) A administron drejtuesi dokumentacionin e mjaftueshëm për radiombrojtjen(licencë, rregulloren e brendëshme, plan emergjencash, kontrata me IFBZ, inventarin e burimeve, plan i trajnimeve të personelit (në kohë dhe para) etj           | <b>Po</b> | <b>Jo</b> | <b>2pikë</b>   |
| neni 2 pika 4/e dhe neni 16                                                                                                                        | e) A mban drejtuesi në mënyrë sistematike dokumentacionin e nevojshëm për mbrojtjen e personelit (monitorimi periodik i dozimetrave nga IFBZ, analizat periodike mjeksore, trajnimet periodike)                                             | <b>Po</b> | <b>Jo</b> | <b>0,5pikë</b> |
| neni 2 pika 8                                                                                                                                      | f) A kanë punëmarrësit mbikqyrje të mjaftueshme që siguron ndjekjen e rregullave, të procedurave, masave mbrojtëse, kushtet e sigurisë, për të cilat kanë dhe vetë përgjegjësi dhe detyrime për mbrojtjen e tyre dhe të personave të tjerë. | <b>Po</b> | <b>Jo</b> | <b>0,5pikë</b> |
| neni 10                                                                                                                                            | g) A janë punonjësit të instruktuar në zbatimin e procedurave?                                                                                                                                                                              | <b>Po</b> | <b>Jo</b> | <b>1pikë</b>   |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                             |           |           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| <b>Baza Ligjore</b><br><u>VKM Nr. 590 datë. 18.</u><br><u>08.2011 “Për mbrojtjen e</u><br><u>punëmarrësve të</u><br><u>ekspozuar profesionalisht</u><br><u>ndaj rrezatimeve</u><br><u>jonizuese”</u> | <b>Sistemi i sinjalizimit</b>                                                                                                                                                                                               |           |           |                |
| neni8.c,d                                                                                                                                                                                            | a) A ka shënja sinjalizuese, tabela paralajmëruese me shpjegimet perkatese, simboli i radioaktivitetit, tabela “rrezik rrezatimi”, postera, etj. në mjediset ku mbahen lëndët radioaktive dhe të ushtrimit të veprimtarisë. | <b>Po</b> | <b>Jo</b> | <b>0,5pikë</b> |
|                                                                                                                                                                                                      | b) A ka sistem sinjalizimi dritor apo zanor që sinjalizojnë kur                                                                                                                                                             | <b>Po</b> | <b>Jo</b> | <b>0,2pikë</b> |
|                                                                                                                                                                                                      | aparaturat janë në punë?<br>c) A ka sistem sinjalizimi (alarmi) në rast avarie?                                                                                                                                             | <b>Po</b> | <b>Jo</b> | <b>0,3pikë</b> |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |           |           |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| <b>Baza Ligjore</b><br><u>VKM Nr. 590 datë. 18.</u><br><u>08.2011 “Për mbrojtjen e</u><br><u>punëmarrësve të</u><br><u>ekspozuar profesionalisht</u><br><u>ndaj rrezatimeve</u><br><u>jonizuese”</u> | <b>Mbrojtja</b>                                                                                                                                                                                                         |           |           |              |
| Neni 2 pika 4,b,d                                                                                                                                                                                    | a) A janë të përshtatshme numri kontenierave të plumbit, blloqeve të plumbit, si dhe mbrojtësit e lëvizshëm apo të fiksuar të vlefshëm për mbrojtjen e dhomës së ruajtjes dhe të trajtimit të materialeve radioaktive ? | <b>Po</b> | <b>Jo</b> | <b>3pikë</b> |
| Neni 11                                                                                                                                                                                              | b) A kanë në përdorim mjete personale mbrojtëse për mosprekjen e materialeve radioaktive? (gërshërë, pinceta, barriera mbrojtëse lëvizëse,dorrezat e plumbit, syzet mbrojtëse etj.                                      | <b>Po</b> | <b>Jo</b> | <b>2pikë</b> |
|                                                                                                                                                                                                      | c) A përdoren pajisjet dhe mjetet mbrojtëse?                                                                                                                                                                            | <b>Po</b> | <b>Jo</b> | <b>2pikë</b> |

*Shënim: Në rast se konstatohet që mjedisi ku mbahen lëndët radioaktive është në gjëndje jo të mirë dhe i papërshtatshëm, subjekti penalizohet me dënimin plotësues “Projekte për rehabilitimin dhe ndreqjen e shkeljes së kërkesës ligjore”.*

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |           |           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| <b>Baza Ligjore</b><br><u>VKM Nr. 590 datë. 18.</u><br><u>08.2011 “Për mbrojtjen e</u><br><u>punëmarrësve të</u><br><u>ekspozuar profesionalisht</u><br><u>ndaj rrezatimeve</u><br><u>jonizuese”</u> | <b>Klasifikimi i zonave</b>                                                                                                                                        |           |           |                |
| neni 8 pika 1/a,b                                                                                                                                                                                    | a) A janë zonat e kontrolluara të përcaktuara dhe të shënuara ku doza ambientale vjetore është më e madhe se 6 mSv/vit.                                            | <b>Po</b> | <b>Jo</b> | <b>1pikë</b>   |
| neni 8 pika c                                                                                                                                                                                        | b)A janë vendosur tabelat përkatëse në pikat e hyrjes, për rrezikun e rrezatimit, ndalimin e hyrjes të personave të paautorizuar dhe instruksione të përshtatëshme | <b>Po</b> | <b>Jo</b> | <b>1pikë</b>   |
| neni 9 pika 1                                                                                                                                                                                        | c)A janë zonat e mbikqyrura të shënuara dhe të përcaktuara                                                                                                         | <b>Po</b> | <b>Jo</b> | <b>0,3pikë</b> |
| neni 9 pika 2a,b                                                                                                                                                                                     | d)A janë vendosur tabelat përkatëse në pikat e hyrjes, për rrezikun e rrezatimit dhe instruksione të përshtatshme                                                  | <b>Po</b> | <b>Jo</b> | <b>0,2pikë</b> |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |           |           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| <b>Baza Ligjore</b><br><u>VKM Nr. 590 datë. 18.</u><br><u>08.2011 “Për mbrojtjen e</u><br><u>punëmarrësve të</u><br><u>ekspozuar profesionalisht</u><br><u>ndaj rrezatimeve</u><br><u>jonizuese”</u> | <b>Rregullat e brendshme të punës dhe zbatimi i tyre.</b>                                                                             |           |           |                |
| neni 10 pika 1/a                                                                                                                                                                                     | a) A janë rregullat të shkruara dhe të afishuara në mjediset e punës?                                                                 | <b>Po</b> | <b>Jo</b> | <b>1pikë</b>   |
| neni 10 pika 1/b                                                                                                                                                                                     | b) A përshkruajnë rregullat nivelet e investigimit dhe nivelet e autorizuar dhe procedurat që duhet të ndiqen kur një nivel kalohet ? | <b>Po</b> | <b>Jo</b> | <b>0,5pikë</b> |
| neni 3 pika 1/a                                                                                                                                                                                      | c) A njihen dhe zbatohen rregullat që përmban Rregullorja e punës dhe plani i emergjencave ?                                          | <b>Po</b> | <b>Jo</b> | <b>2pikë</b>   |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |          |    |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Baza Ligjore</b><br>VKM Nr. 590 datë. 18.08.2011 “Për mbrojtjen e punëmarrësve të ekspozuar profesionalisht ndaj rrezatimeve jonizuese” | <b>Monitorimi</b>                                                                                                                     |          |    |                                                                             |
| neni 13 pika 3/a dhe neni 2 pika 4/f                                                                                                       | a) A kanë punonjësit dozimetra personale ?                                                                                            | Po       | Jo | 3pikë                                                                       |
|                                                                                                                                            | b) A i përdorin dozimetrat, i vendosin si duhet ?                                                                                     | Po       | Jo | 1pikë                                                                       |
|                                                                                                                                            | c) A monitorohen nga IFBZ në afatet e përcaktuara ?                                                                                   | Po       | Jo | 1pikë                                                                       |
| Neni 14                                                                                                                                    | d) A monitorohen në mënyrë sistematike mjediset ku ri personeli për nivelin e rezatimit?                                              | Po       | Jo | 3pikë                                                                       |
|                                                                                                                                            | e) A bën institucioni i autorizuar testime periodike për të parë nëse ka rrjedhje të materialeve radioaktive nga burimet e mbyllura ? | Po       | Jo | 1pikë                                                                       |
| Ligji nr.8025 datë 09/11/1995 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese” ( i ndryshuar)<br><br>Neni 8 pika, c dhe ç                          | A kryhen matje gjatë inspektimit?                                                                                                     | Po       | Jo | Komente<br>(Tipi/nr modelit te aparatit matës):<br><br>Rezultati i matjeve: |
| Ligji nr.8025 datë 09/11/1995 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese” ( i ndryshuar)<br>Neni 10                                           | A përputhen matjet e bëra nga inspektori me matjet e bëra nga Institucioni i autorizuar nqs ka                                        | Po       | Jo | 3pikë                                                                       |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | Komente: |    |                                                                             |

**Shënim:** Në rast se konstatohen nivele të rezatimit tej normave të lejuara, subjekti penalizohet me dënimin kryesor: “Bllokim të aktivitetit me burime të rezatimit jonizues” dhet shoqërohet edhe me dënimin plotësues”Pezullim të licencës”

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |    |    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|
| <b>Baza Ligjore</b><br>VKM Nr. 590 datë. 18.08.2011 “Për mbrojtjen e punëmarrësve të ekspozuar profesionalisht ndaj rrezatimeve jonizuese” | <b>Veprime të sigurisë-teknike</b>                                                                                                                    |    |    |       |
| neni10 pika 1/e                                                                                                                            | a) A ka një person përgjegjës për mbrojtjen nga rrezatimet, apo Oficer i mbrojtjes nga rrezatimet (OMR), i ka të qarta detyrat dhe i ka zbatuar ato ? | Po | Jo | 3pikë |
|                                                                                                                                            | b) A është OMR në dijeni të aktivitetit të secilit punonjës që përdorin burime të rrezatimit jonizues?                                                | Po | Jo | 2pikë |
|                                                                                                                                            | c) A bën OMR mbikqyrjen e vazhdueshme të punonjësve, që siguron ndjekjen e rregullave, të procedurave, masave mbrojtëse, si dhe kushtet e sigurisë    | Po | Jo | 2pikë |
|                                                                                                                                            | d)A mban OMR të dhëna të mjaftueshme për të siguruar mbrojtje të publikut dhe të punonjësve                                                           | Po | Jo | 2pikë |

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |    |    |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|
| <b>Baza Ligjore</b><br>VKM Nr. 481 dt. 25.07.2012 për “Për sigurinë e publikut ndaj ekspozimeve që shkaktohen nga burimet e rrezatimeve jonizues” | <b>Kontrolli i vizitorëve</b>                                                                                               |    |    |         |
| pika 3.1.b                                                                                                                                        | a) A shoqërohen vizitorët që hyjnë në zonat e kontrolluara                                                                  | Po | Jo | 1pikë   |
| pika 3.1.a                                                                                                                                        | b) A i jepet informacion i mjaftueshëm vizitorëve që hyjnë në zonat e kontrolluara                                          | Po | Jo | 0,5pikë |
| pika 3.1.c                                                                                                                                        | c) A ekzistojnë kontrole të mjaftueshme mbi hyrjen në zonat e kontrolluara dhe të mbikqyrura si dhe shënja të pershtatëshme | Po | Jo | 0,5pikë |

|                                                                                                                                                   |                                |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| <b>Baza Ligjore</b><br>VKM Nr. 481 dt. 25.07.2012 për “Për sigurinë e publikut ndaj ekspozimeve që shkaktohen nga burimet e rrezatimeve jonizues” | <b>Monitorimi i popullatës</b> |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|

[illegible]

|                                                                                            |                                                |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Baza Ligjore</b><br>VKM Nr. 481 dt. 25.<br>07.2012 për “Për sigurinë<br>e publikut ndaj | <b>Mbetjet Radioaktive dhe trajtimi i tyre</b> |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--|--|

|                                                               |                                                                                                                                                                                          |    |    |       |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|
| ekspozimeve që shkaktohen nga burimet e rrezatimeve jonizues” |                                                                                                                                                                                          |    |    |       |
| pika 6.1.a,b                                                  | a) A ruhen mbetjet radioaktive në vendin e caktuar më parë a është i sigurt?                                                                                                             | Po | Jo | 3pikë |
|                                                               | b) A janë marrë masat për të transferuar mbetjet radioaktive në vendin e autorizuar për trajtimin e tyre në fund të përdorimit ose për kthimin e tyre tek prodhuesi ?                    | Po | Jo | 3pikë |
|                                                               | c) Nëse ndonjë burim i mbyllur nuk është më në përdorim dhe është magazinuar a ka institucioni i autorizuar planin për një transferim të shpejtë ose për trajtim të shpejtë të burimit ? | Po | Jo | 2pikë |
| pika7.3.c                                                     | d) A ka dokumentacion për menaxhimin e mbetjeve radioaktive                                                                                                                              | Po | Jo | 2pikë |

|                                                                                                                                                    |                                                                                                  |    |    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|
| <b>Baza Ligjore</b><br>VKM Nr. 481 dt. 25. 07.2012 për “Për sigurinë e publikut ndaj ekspozimeve që shkaktohen nga burimet e rrezatimeve jonizues” | <b>Plani i emergjencës radiologjike</b>                                                          |    |    |       |
| pika 2.2.h                                                                                                                                         | a) A ekziston një plan i shkruar emergjence                                                      | Po | Jo | 3pikë |
|                                                                                                                                                    | b) A testohet dhe rinovohet periodikisht plani i emergjencës ?                                   | Po | Jo | 1pikë |
|                                                                                                                                                    | c) A merr parasysh plani, mësimet e nxjerra nga ekperienca dhe aksidentet në njësi të ngjashme ? | Po | Jo | 1pikë |
| pika2.2.e                                                                                                                                          | d) A i njohin punonjësit detyrat në këtë plan, a janë trajnuar?                                  | Po | Jo | 1pikë |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |    |    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|
| <b>Baza Ligjore</b><br>VKM Nr. 543 datë<br>07.07.2010 “Për punë të<br>sigurtë me burimet e<br>rrezatimeve jonizuese” | <b>Masat për zvogëlimin e gabimeve njerëzore</b>                                                                                                                                                                      |    |    |       |
|                                                                                                                      | a) A ka ndodhur ndonjë incident apo situatë emergjente? (dëmtimi i ndonjë burimi radioaktiv, aksident, gabim njerëzor, fatkeqësi apo çdo ngjarje tjetër )                                                             | Po | Jo |       |
|                                                                                                                      | b) Në se po, a është përgatitur raporti i investigimit të incidentit apo aksidentit?                                                                                                                                  | Po | Jo | 2pikë |
|                                                                                                                      | c) A është monitoruar niveli i rrezatimit të mjedisit ku ka ndodhur incidenti?                                                                                                                                        | Po | Jo | 2pikë |
| neni 21.1b.c                                                                                                         | d) Çfarë masash janë marrë për të lehtësuar pasojat pas aksidentit? A është rikthyer burimi në kushte të sigurta pas aksidentit?                                                                                      | Po | Jo | 2pikë |
| neni17 pika c,d                                                                                                      | e) A janë siguruar instrumente të përshtatshme, sisteme sigurie apo masa procedurale për të zvogëluar sa më shumë të jetë e mundur gabimin njerëzor që shkakton ekspozime shtesë dhe të paqëndrueshme të punonjësve ? | Po | Jo | 2pikë |
| neni17 e                                                                                                             | f) Në rast defekti të sistemeve të sigurisë ose të masave të tjera mbrojtëse, a janë planifikuar ndërhyrje ?                                                                                                          | Po | Jo | 2pikë |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |    |    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|
| <b>Baza Ligjore</b><br>VKM Nr. 877 datë<br>30.10.2015 “Për<br>sigurimin e burimeve<br>radioaktive në Republikën<br>e Shqipërisë” | <b>Sigurimi i burimeve radioaktive</b>                                                                                                                                                                               |    |    |       |
| neni 4 pika3,4,5                                                                                                                 | a) A zbatohen të gjitha masat e nevojshme nga personat juridik dhe fizik të licencuar për sigurimin fizik të burimeve radioaktive në përdorimin , ruajtjen dhe transportin sipas grupit të sigurimit fizik të tyre ? | Po | Jo | 3pikë |
| neni 4 pika 2                                                                                                                    | b) A ka plan të sigurimit fizik të burimeve për të parandaluar vjedhjen ose dëmtimin, në përputhje me rregulloren në fuqi ?                                                                                          | Po | Jo | 3pikë |
| neni 4 pika 3<br>neni 5 pika 2                                                                                                   | c) A bëhet inventarizimi i rregullt nga personat juridik e fizik të licencuar, për të gjitha burimet radioaktive që janë nën përgjegjësinë e tyre ?                                                                  | Po | Jo | 1pikë |
|                                                                                                                                  | d) A është vendi ku ruhen materialet radioaktive i sigurt sipas të gjithë kërkesave bazë për sigurimin e burimeve radioaktive?                                                                                       | Po | Jo | 2pikë |
|                                                                                                                                  | e) A ka çelës elektronik i vendosur në derë, të lidhur me sistem alarmi?                                                                                                                                             | Po | Jo | 1pikë |
| neni 9                                                                                                                           | f) A bëhet transport i sigurtë i lëndëve radioaktive                                                                                                                                                                 | Po | Jo | 1pikë |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|
|                   | sipas rregullave përkatëse dhe aktmarrëveshjeve?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |       |
| neni 12           | g) A është bërë raportimi në KMR nëse ka ndodhur: humbja e burimeve radioaktive; përpjekje për akte keqbërëse (vjedhje, zhvendosje e paautorizuar, sabotim); incidente, në lidhje me keqpërdorimin e burimeve radioaktive ose përdorimin e paautorizuar; ndryshime që nuk janë në përputhje me këtë rregullore për sigurimin e burimeve radioaktive; zbulimin e ndonjë burimi radioaktiv të paregjistruar. | Po | Jo | 2pikë |
| neni 6 pika 10,11 | h) A është bërë testimi i sistemit të sigurimit fizik rregullisht për të siguruar efektivitetin e tij. A ruhen këto testime në përputhje me rregulloren për sigurimin fizik                                                                                                                                                                                                                                | Po | Jo | 1pikë |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |    |    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|
| <b>Baza Ligjore</b><br>VKM Nr. 877 datë 30.10.2015 “Për sigurimin e burimeve radioaktive në Republikën e Shqipërisë” | <b>Monitorimi brenda zonës së sigurimit</b>                                                                                                                      |    |    |          |
| <b>Monitorimi brenda zonës së sigurimit për burimet e grupit të sigurimit A dhe B duhet të jetë:</b>                 |                                                                                                                                                                  |    |    |          |
| neni 6 pika 6 dhe neni 7 pika 6                                                                                      | a) A ka një sistem monitorimi për zbulimin ose ndërhyrjen , që është lidhur me një qendër monitorimi të brendshme ose të jashtme?                                | Po | Jo | 1pikë    |
|                                                                                                                      | b) A ka pajisje elektronike alarmi për zbulimin e ndërhyrjeve që lajmërojnë personelin përkatës në afërsi të objektit?                                           | Po | Jo | 1pikë    |
|                                                                                                                      | c) A ka një sistem kamerash monitorimi ?                                                                                                                         | Po | Jo | 1pikë    |
|                                                                                                                      | d) A ka mbikqyrje direkte vizuale nga personeli i miratuar brenda ose jashtë zonës së sigurimit                                                                  | Po | Jo | 1pikë    |
|                                                                                                                      | e) A bëhet verifikim i përditshëm, përmes kontrolleve fizike apo pajisjeve që tregojnë prezencën fizike, për të siguruar që burimi radioaktiv është i pranishëm? | Po | Jo | 1pikë    |
| <b>Monitorimi për burimet radioactive të grupit të sigurimi C të sigurimit:</b>                                      |                                                                                                                                                                  |    |    |          |
| neni 8 pika 4/a                                                                                                      | a) A janë të ndara zonat e sigurimit me pengesa të vazhdueshme fizike që lejojnë hyrjen vetëm nëpërmjet pikave të kontrollit                                     | Po | Jo | 0.2pikë  |
| neni 8 pika 4/b                                                                                                      | b) A kryhet kontroll në zonën e sigurimit                                                                                                                        | Po | Jo | 0.2pikë  |
| 8 pika 4(ç)                                                                                                          | c) A ka kapacitete për të zbuluar në kohë hyrjet e paautorizuara në zonën e sigurimit                                                                            | Po | Jo | 0.2pikë  |
| (neni 8 pika c)                                                                                                      | d)A shoqërohen personat e paautorizuar në zonën e sigurimit nga një person i stafit, i aprovuar                                                                  | Po | Jo | 0.2 pikë |

|                                      |                                                                                                    |    |    |          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|
| (neni 8 pika 5)                      | e) A bëhet monitorim i rregullt për praninë fizike të burimit radioaktiv brenda zonës së sigurimit | Po | Jo | 0.2 pikë |
| <b>Shuma e pikëve të pplotësuar:</b> |                                                                                                    |    |    |          |

Shënim: Në rast se, gjatë procesit të inspektimit, konstatohen defekte në mjetet apo pajisjet për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese, por që janë të riparueshme, subjekti penalizohet me dënimin plotësues “Pezullim aktiviteti”.

Inspektorët

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Dt. \_\_\_\_\_

Firma