



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I MINISTRAVE**

**V E N D I M
Nr.10 date 7.1.2010**

**PER MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR LICENCIMIN DHE INSPEKTIMIN E
VEPRIMTARIVE ME BURIME TË RREZATIMEVE JONIZUESE”**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 9, të ligjit nr.8025, datë 9.11.1995, "Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese", të ndryshuar, dhe të nenit 5, të ligjit nr.10081, datë 23.2.2009, "Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë", me propozimin e ministrit të Shëndetësisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I :

1. Miratimin e rregullores “Për licencimin dhe inspektimin e veprimtarive me burime të rrezatimeve jonizuese”, sipas tekstit, që i bashkëlidhet këtij vendimi.
2. Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimi për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E M I N I S T R I

SALI BERISHA

RREGULLORE
PER LICENSIMIN DHE INSPEKTIMIN E VEPRIMTARIVE ME BURIME TE
RREZATIMEVE JONIZUESE.

1. Objekti i rregullores

Në zbatim të Ligjit Nr 8025, datë 09.11.1995 "Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese", i ndryshuar, kjo rregullore përcakton:

- a) procedurat e licensimit të personave fizikë dhe juridikë që është subjekt i ligjit sipas nenit 3 të Ligjit Nr 8025, datë 09.11.1995 "Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese", i ndryshuar
- b) kriteret e posacme që duhet të plotësojnë këto subjekte
- c) afatet e shqyrtimit apo vendim marrjes se licences:
- d) procedurat e revokimit;
- e) mënyrën e inspektimit dhe kontrollit të zbatimit të akteve ligjore dhe nënligjore që lidhen me rrezatimin nga ana e subjekteve të licensuara.

2. Përjashtimet

Përjashtohen ose nuk përfshihen fare nga detyrimet e kesaj rregulloreje praktikat dhe burimet sic përcaktohen në listën e miratuar nga Komisioni i Mrojtjes nga Rrezatimi (KMR).

3. Licensimi

- Cdo person juridik ose fizik që ushtron veprimtaritë e përcaktuara në nenin 3 të ligjit 8025, datë 09.11.1995 "Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese", i ndryshuar është i detyruar të pajiset me license nga KMR ose të regjistrohet pranë Zyrës për Mbrojtjen nga Rrezatimet sipas formulareve të miratuara nga KMR.
- Kriteret bazë mbi të cilin mbeshtetet aplikimi për licensë janë sigurimi, siguria dhe mbrotja nga rrezatimet sipas formulareve bashkengjitur kesaj regulloreje. Per paisjen me license per te ushtruar veprimtarite e mesiperme subjekti duhet te permbush kriteret e posacme si me poshte
- Pershtatshmeria e njohurive dhe e exsperiencesse personelit ne mbrojtjen nga rezatimet ,sigurine dhe sigurimin.
- Pershtatshmeria fiziko-shendetesore e personelit.
- Siguria dhe Sigurimi nga rrezatimi jonizues.
- Justifikimi ,optimizimi dhe kufizimi i dozave.
- Siguria e origjines,transportit ,perdorimit dhe trajtimit te burimit ne fund te jetes dhe ose veprimtarise .
- Pershtatshmeria e paisjeve ,teknologjise dhe mjediseve me standartet e sherbimit .
- Pershtatshmeria e rregullave per pune te sigurt per veprimtari normale, si dhe ne raste emergjencash.

- Per marrjen e licences subjekti duhet ti drejtohet KMR –se per aplikim jo me vone se 90 dite pune perpara parashikimit per fillimin e veprimtarise Kerkesa behet nepermjet aplikimit per licence ne ZMR.
- Nëpërmjet inspektorëve të saj KMR bën shqyrtimin dhe verifikimin e dokumentacionit të paraqitur, kërkon dokumente shtesë kur është e nevojshme dhe njëkohësisht bëhet verifikimi i të dhënave dhe lëshohet një dokument vlerësimi nga ana e inspektoreve të Zyrës për Mbrojtjen nga Rrezatimi, i cili merr në konsiderate mbrojtjen nga rrezatimet, sigurinë dhe sigurimin. KMR miraton procedurat e verifikimit të aplikimit.
- Pas vleresimit nga ZMR dërgohet në KMR për miratim. Ekspertiza në lidhje me mbrojtjen nga rrezatimet, sigurinë dhe sigurimin realizohet nga përdoruesit persona fizik e juridik me mbështetjen e ekspertëve në këto fusha(të njohur nga ana e KMR) , por gjithmone mbetet përgjegjësi e plotë e aplikantit mbrojtja nga rrezatimet, siguria dhe siguri.
- Në rastin e ndërtimit me faza të një praktike e cila përfshin aktivitetet e përshkruara në nenin 3 të ligjit bëhet miratimi paraprak për plotësimin e mëtejshëm të aplikimit.
- Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet vendos për miratimin ose jo të aplikimit jo më vonë se 90 ditë kalendarike nga data e plotësimit të dokumentacionit dhe njofton me shkrim përdoruesin.
- Për cdo përdorues mbahet një dosje e cila në rastin e rinovimit plotësohet me elementet shtesë dhe kërkesat e KMR-së. Ngarkohet ZMR për plotësimin dhe mirmbajtjen e arkivit të dosjeve tij.
- ZMR –ja pas miratimit të licences nga KMR-ja ,përgatit licencën për subjektin përkatës sipas formatit të miratuar nga KMR-ja
- Procedurat e vleresimit të aplikimit për licencë miratohen me vendim të KMR-se.

4. Afati i vlefshmërisë së licences.

Licensa jepet për një periudhë 5 vjetare. Pas kalimit të këtij afati ajo bëhet e pavlefshme.

Të paktën dy muaj përpara mbarimit të afatit të licensës përdoruesi është i detyruar të njoftojë me shkrim KMR për pushimin ose mbylljen e aktivitetit. Në cdo rast përdoruesi është i detyruar të zbatojë procedurat për mbylljen e aktivitetit duke marrë të gjitha masat për likuidimin e ndonjë kontaminimi të mundshëm radioaktiv ose masa të tjera që sigurojnë ambientin dhe publikun.

Në se mbajtësi i saj kërkon rinovimin e licensës, KMR vepron sipas procedurës së përshkruar në piken 3 të kësaj rregulloreje . Personat fizik ose juridik duhet të njoftojnë ZMR për cdo ndryshim,modifikim eventual të veprimtarisë që ata kryejnë ose burimeve sic është parashikura në license për një afat dy muaj përpara ndryshimit .Shtesat e burimeve radioaktive në license brenda kategorisë behen vetëm me ndryshimin e shtojcës për burimet duke njoftuar dhe me miratimin nga ZMR-ja.

Në rastin kur Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet arrin në përfundimin se si rezultat i ushtrimit të një veprimtarie që përmbahet në Nenin 3 të ligjit krijohet rrezik për shëndetin e punonjësve, të popullatës ose për dëmtimin e mjedisit, refuzon dhënien e licensës personit fizik ose juridik që e kërkon atë ose kur veprimtaria është e licensuar, i heq atij licensën .

5. Inspektimi

Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet nëpërmjet inspektoreve kontrollon zbatimin e dispozitave që lidhen me mbrojtjen nga rrezatimet sigurinë dhe sigurimin të gjitha veprimtarive të licensuara. Inspektorët pajisen me fletënjojhe lëshuar nga ky Komision. Statusin e inspektorit të mbrojtjes nga rrezatimet e përfitojnë për shkak të detyrës punonjësit e Zyrës së Mbrojtjes nga Rrezatimet .

6. Detyrat e inspektorëve

Inspektorët e ZMR kanë për detyrë :

1-Të inspektojnë dhe kontrollojnë cdo pajisje me lëndë radioaktive ose pajisje tjetër rrezatuese (aparate Rontgeni etj.) dhe cdo objekt që dyshohet se ka lëndë radioaktive ose është pajisje rrezatuese, si dhe të kryejnë ekzaminime të tjera bazë për t'u siguruar që masat mbrojtëse nga rrezatimet, sigurinë dhe sigurimin janë zbatuar plotësisht.

2- Të kërkojnë nga personat që ushtrojnë veprimtari të licensuar sipas Nenit 1 të kësaj rregulloreje , dokumenta dhe regjistra që lidhen me veprimtarinë e ushtruar si dhe të kërkojnë informacione lidhur me përmbajtjen e këtyre dokumentave.

3- Kanë të drejtë të pyesin dhe të kërkojnë shpjegime mbi ushtrimin e praktikës dhe përdorimin e burimeve. Inspektorët kanë të drejtë të marrin kopje ose ekstrakte nga këto dokumenta. Inspektorët duhet të ruajnë konfidencialitetin e materialeve dhe biznesit. Materialet depozitohen në dosjen përkatëse në ZMR.

7. Veprimet e inspektoreve kur i licensuari paraqet rrezikshmeri

Në rastin kur inspektorët në bazë të rezultateve të kontrollit, arrijnë në përfundimin se një veprimtari ndonëse e licensuar paraqet rrezik për punonjësit, publikun ose për mjedisin, ata kanë të drejtë të kryejnë këto veprime:

- a) Të vendosin nën kontroll dhe ruajtje të gjitha pajisjet që përfshihen në veprimtarinë që paraqet rrezik.
- b) Të pezullojnë përkohësisht punën e të gjitha pajisjeve dhe aparaturave.
- c) Të urdhërojnë marrjen e masave të nevojshme për pastrimin e ndotjeve radioaktive nga pajisjet, vendet e punës ose nga objektet e tjera të ndotura dhe cdo lloj mase tjetër që lidhet me sigurinë dhe sigurimin.

8. Të drejtat e inspektorëve

Gjatë ushtrimit të detyrave që parashikohen në pikat 6 dhe 7, inspektorët kanë të drejtë:

- a) Të hyjnë në cdo kohë të përshtatshme në vendet ku kryhen veprimtari të parashikuara në Nenin 3 të ligjit 8025, datë 09.11.1995 "Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese", i ndryshuar ose në vende që dyshohen se kryejnë veprimtari të tilla.
- b) Të urdhërojnë personat juridike e fizike që të mos kryejnë veprime që do të krijojnë ose rëndojnë një situatë emergjencë radiologjike.

Në rastin kur një person juridik ose fizik pengon kryerjen e detyrave të një inspektori ose kundërshton veprimet e tij sipas pikave 6, 7 dhe 8 ai quhet fajtor dhe ndëshkohet me gjobë për kundravajtje administrative sipas ligjit Nr 8025, datë 09.11.1995 "Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese", i ndryshuar. Te drejten e vendosjes se gjobave e kanë inspektoret e Zyres se Mbrojtjes nga Rrezatimet.

9. Ndreqja e te metave nga subjekti licensuar

Për të gjitha konstatimet e inspektoreve gjatë ushtrimit të kontrolleve, Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet ushtron kompetencat mbi personat që ushtrojnë veprimtaritë e parashikuara në rregullore për ndreqjen e të gjitha të metave të konstatuara deri në një afat të caktuar nga inspektori dhe verifikohen nepërmjet një inspektimi të ri. Moskorrigjimi i të metave nga ana e personave çon në pezullimin e licensës e deri në heqjen e saj.

10. Ankimimi i vendimeve

Kundër vendimit të Inspektorit subjekti i licensuar ka të drejtë të ankohet pranë Komisionit të Mbrojtjes nga Rrezatimet brenda 15 diteve.

Kundër vendimit të Komisionit të Mbrojtjes nga Rrezatimet subjekti i licensuar ka të drejtë të ankohet në Gjykatë brenda 30 ditëve nga marrja njoftim e vendimit.

KËRKESE PËR LICENCË

PËR VEPRIMTARI ME BURIME TË RREZATIMEVE JONIZUESE

Burime të mbyllura dhe hapura radioaktive

Aplikim i ri _____

Amendim i Liçenses _____

Rinovim i liçenses _____

1. Personi juridik/ fizik : Institucioni _____

Emri Mbiemri _____

Adresa _____

Adresa e Kabinetit nqs është e ndyshme nga më sipër

Tel _____

Fax _____

Email _____

Bashkangjitur paraqit një kopje të regjistrimit të personit juridik / fizik.QKR

2. Përshkruani ambientet ku kryhet veprimtaria me rrezatime jonizuese .

Paraqisni veças planimetrinë e ambienteve, vendodhjes së Burimit , pajisjeve mbrojtëse të lëvizshme ,dyerve ,dritareve , ventilatorëve , pasazheve , dhomës së errët , ambienteve të pritjes , qëndrimin e personelit , ambientet rreth kabinetit , materialin dhe trashësinë e mureve dhe madhësitë përkatëse , dimensionet .Paraqit ndonjë plan të sigurisë fizike sipas grupit te sigurise . Te dokumentohet destinacioni i Ambienteve

Importimi , përfitimi i burimit .

3. Lloji i Burimit radioaktiv :

Prodhuesi _____

Emri i prodhuesit _____

Adresa e prodhuesit _____

Radionuklidi _____

Modeli _____

Aktiviteti fillestar _____

Energjitë _____

Forma kimike dhe fizike _____

Seria _____

Bashkangjit fletë shtesë në të njëjtën strukturë si më sipër në rast se janë më shumë se një burim .

4. Qëllimi i përdorimit të burimit radioaktiv _____

5. Përcakto kush do të jetë shërbimi i autorizuar, i cili do të kryejë shërbimet e pajisjeve që përdorin burimin.

6. Jep një performacë të dozave në ambjentet publike, në ato të kontrolluara dhe të survejuara.
Jep një informacion mbi justifikimin , optimizimin dhe kufizimin në dozat limit për aktivitetin .

7. Struktura organizative

Paraqit bashkëngjitur dokumente mbi strukturën organizative . Paraqit dokumentacionin në lidhje me kualifikimet dhe eksperiencat e stafit. Strategjia e kontrollit fizik dhe mbrojtjes nga rrezatimet .Jep listën e punonjësve që do të manipulojnë me burimin dhe gjithashtu kualifikimet e tyre dhe personave që kanë akses në zonat e kontrolluara .

8. Për monitorimin dhe kontrollin e dozës së ekspozimit gjatë punës me rrezatimet jonizuese kërkohet realizimi i një kontrate me Qendren e Fizikes Berthamore të Zbatuar,Tiranë.
Paraqesni një kopje të kontratës

9. Të dhëna mbi personin përgjegjës për sigurinë ndaj rrezatimit

Emri _____
Mbiemri _____
Profesioni _____
Kualifikimi në fushën e radiombrojtjes
Paraqit një kopje të kontratës së punës

10. Përshkruani masat e sigurisë dhe procedurat e trajtimit të aksidenteve të mundshme lidhur me pajisjet që keni në përdorim.

11. Të paraqiten dokumente nëpërmjet të cilave vërtetohet që burimi i konsumuar do të trajtohet në qendrat përkatëse të mbetjeve në fund të përdorimit .

12. Dokumentacioni.

Mënyra e ruajtjes së dokumentacionit për dozimetrike personale , izodozave , incidenteve , trajnimit , shërbimeve të pajisjeve dhe kontrolli mjekësor periodik i punonjësve .

13. Të bëhet një vlerësim me shkrim nga ana e përdoruesit nëpërmjet ekspertëve për mbrojtjen nga rrezatimi siguline dhe sigurimin .

14. Paraqisni një dokument mbi kontrollin mjekësor periodik të punonjësve që punojnë me burime të rrezatimit jonizues .

Për sa më sipër kërkoj dhënien e licensës për _____ duke mbajtur përgjegjësi të plotë për vërtetësinë e të dhënave të mësipërme

Data _____

Nënshkrimi _____

I gjithë dokumentacioni të jetë në origjinal , i noterizuar ose me vulë lidhëse të institucionit tuaj .

Pas plotësimit me kujdes të rubrikave të këtij formulari, dërgojeni atë së bashku me dokumentat e tjera të nevojshme , në adresën e mëposhtme :

Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet
Instituti i Shëndetit Publik
Aleksander Moisiu 80
Tiranë

Dërgimi i një kërkesë të paplotësuar në mënyrë të rregullt dhe të plotë do të sjellë vonesa , për të cilat përgjegjësia bie mbi kërkuarës të licencës. Bazuar në nenin 3 të rregullores për licencim dhe inspektim për marrjen e licencës ,cdo person juridik dhe fizik i drejtohet me një kërkesë ZMR-SË. Mbas kërkesës, Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet vendos për lëshimin ose moslëshimin e licencës, jo më vonë se 90 ditë pune nga data e paraqitjes së kërkesës.

Shënim :

1. Veprimtaria me burime të rrezatimeve jonizuese realizohet në përputhje me ligjin nr.8025 date 9 . 11. 1995, të ndryshuar , si dhe të rregullores , kodeve dhe praktikave të aprovuara.
2. Në bazë të ligjit Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese dhe të standarteve baze të mbrojtjes nga rrezatimet , Komisioni për Mbrojtjen nga Rrezatimet jonizuese duhet të njoftohet për cdo veprimtari me burime të rrezatimeve jonizuese ,pezullimin ose mbylljen e veprimtarive.
3. Tërheqja e burimeve të rrezatimeve jonizuese nga pikat doganore, në bazë të njoftimit të bërë në ZMR (formulari) bëhet në bazë të një lejeje që jepet nga ZMR-ja ose KMR-ja.

INSPEKTIMI PËR DHËNIEN E LIÇENSËS

1. Lloji i burimeve të rrezatimeve jonizuese :
 2. Dokumentacioni .Të shënohen kutitë e mëposhtme mbi bazën e materialeve bashkangjitur dhe të firmoset nga inspektori
- ☐ Aplikimi
 - ☐ Kopje e regjistrimit në QKR
 - ☐ Importi
 - ☐ Servisi
 - ☐ Planimetria
 - ☐ Dokumentacion për pajisjen Nr i faqeve
 - ☐ Kontratë për Dozimetrinë Personale
 - ☐ Kualifikimet e personelit
 - ☐ Plani i Emergjencave
 - ☐ Performanca e dozave
 - ☐ Vlerësimi i sigurisë dhe sigurimit .
 - ☐ Kontrolli mjekësor

Data _____

Inspektori: Emri, Mbiemri, Firma

LIÇENSIMI

Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet pasi analizoi kërkesën, aprovoi dhënien e liçensës për një afat _____ vjekar.

Data _____

Kryetari i ZMR

APLIKIMI PËR LICENSE PËR VEPRIMTARI ME GJENERATORË ME RREZEX

KËRKESË PËR LIÇENSË

PËR VEPRIMTARI ME BURIME TË RREZATIMEVE JONIZUESE
Gjeneratorë me rreze x.

Aplikim i ri _____

Amendim i Liçencës _____

Rinovim i liçensës _____

1. Personi juridik/ fizik : Institucioni _____
Emri Mbiemri _____
Adresa _____
Adresa e Kabinetit nqs është e ndryshme nga më sipër _____
Tel _____
Fax _____
E-mail _____

Bashkëngjitur një kopje të regjistrimit të personit juridik / fizik.QKR

2. Përshkruani ambientet ku kryhet veprimtaria me rrezatime x .

Paraqisni veças planimetrinë e ambjenteve, vendndodhjes së panelit të kontrollit , pajisjeve mbrojtëse të lëvizshme, dyerve, dritareve, ventilatorëve, pasazheve, dhomës së errët, ambjenteve të pritjes së pacientëve, qëndrimin e personelit, ambientet rreth kabinetit, materialin dhe trashësinë e mureve dhe madhësitë përkatëse, dimensionet, zonat e kontrolluara dhe të survejuara .Te dokumentohet destionacioni i Ambjenteve

Importimi, përfitimi i pajisjes .

3. Lloji i Gjeneratorit me rreze x :

Prodhuesi _____
Emri _____
Adresa _____
Tensioni maksimal _____
Rryma maksimale _____
Koha javore e ekspozimit _____
Ngarkesa javore (Numri) _____
Numri i tubove _____
Model _____
Seria _____

Bashkëngjit fletë shtesë në të njëjtën strukturë si më sipër në rast se janë më shumë se një pajisje.

4. Qëllimi i përdorimit të gjeneratorëve me rreze x _____

5. Përcakto kush do të jetë shërbimi i autorizuar i cili do të kryejë shërbimet e pajisjeve

6. Jep një performacë të dozave në ambjentet publike në ato të kontrolluara dhe të survejuara.
Jep një informacion mbi justifikimin , optimizimin dhe kufizimin në dozat limit për aktivitetin .

7. Struktura organizative

Paraqit bashkëngjitur dokumente mbi strukturën organizative. Paraqit dokumentacionin në lidhje me kualifikimet dhe eksperiencat e stafit. Strategjinë e mbrojtjes nga rrezatimet. Jep listën e punonjësve që do të manipulojnë me pajisjen dhe gjithashtu kualifikimet e tyre dhe personave që kanë akses në zonat e kontrolluara .

8. Për monitorimin dhe kontrollin e dozës së ekspozimit gjatë punës me rrezatimet
jonizuese kërkohet realizimi i një kontrate me Qendren e Fizikes Berthamore të Zbatuar, Tiranë.
Paraqisni një kopje të kontratës.

9. Të dhëna mbi personin përgjegjës për sigurinë ndaj rrezatimit

Emri _____
Mbiemri _____
Profesioni _____
Kualifikimi në fushën e radiombrojtjes
Paraqit një kopje të kontratës së Punës

10. Përshkruani masat e sigurisë dhe procedurat e trajtimit të aksidenteve të mundshme lidhur me pajisjet që keni në përdorim.

11. Regullat e brendshme dhe supervizimi

Të paraqitet një informacion mbi funksionimin e brendshëm të qendrës , kabinetit në formë kodi ose në çdo formë tjetër .

12. Dokumentacioni.

Mënyra e ruajtjes së dokumentacionit për dozimetrike personale , izodozave , incidenteve , trajnimit , shërbimeve të pajisjeve dhe kontrolli mjekësor periodik i punonjësve .

13. Të bëhet vlerësimi për sigurinë dhe mbrojtjen nga rrezatimi .

14. Paraqisni një dokument mbi kontrollin mjekësor periodik të punonjësve që punojnë me gjeneratorë me rreze x.

Për sa më sipër kërkoj dhënien e liçensës për _____ duke mbajtur përgjegjësi të plotë për vërtetësinë e të dhënave të mësipërme.

Data _____

Nënshkrimi _____

I gjithë dokumentacioni të jetë në origjinal , i noterizuar ose me vulë lidhëse të institucionit tuaj . Pas plotësimit me kujdes të rubrikave të këtij formulari, dërgojeni atë, së bashku me dokumentat e tjera të nevojshme, në adresën e mëposhtme :

Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet
Instituti i Shëndetit Publik
Rr. "Aleksandër Moisiu", Nr. 80
Tiranë

Dërgimi i një kërkesë të paplotësuar në mënyrë të rregullt dhe të plotë do të sjellë vonesa, për të cilat përgjegjësia bie mbi kërkuarës të liçensës. Bazuar në nenin 3 të rregullores për liçensim dhe inspektim për marrjen e liçensës çdo person juridik dhe fizik i drejtohet me një kërkesë ZMR-se. Pas kërkesës, Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet vendos për lëshimin ose moslëshimin e liçensës jo më vonë se 90 dite pune nga data e paraqitjes së kërkesës.

Shënim :

3. Veprimtaria me burime të rrezatimeve jonizuese realizohet në përputhje me Ligjin nr.8025, datë 09.11.1995 të ndryshuar, si dhe të rregulloreve, kodeve dhe praktikave të aprovuara.
2. Në bazë të Ligjit “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese dhe të Standarteve baze të mbrojtjes nga Rrezatimet”, Komisioni për Mbrojtjen nga Rrezatimet jonizuese duhet të njoftohet për çdo veprimtari me burime të rrezatimeve jonizuese, pezullimin ose mbylljen e tyre.
3. Tërheqja e burimeve të rrezatimeve jonizuese nga pikat doganore, në bazë të njoftimit të bërë ZMR (formulari), bëhet në bazë të një lejeje që jepet nga ZMR-ja ose KMR-ja.

INSPEKTIMI PËR DHËNIEN E LIÇENSËS

1. Lloji i burimeve të rrezatimeve jonizuese :
4. Dokumentacioni - Të shënohen kutitë e mëposhtme mbi bazën e materialeve bashkëngjitur dhe të firmoset nga inspektori

- ☐ Aplikimi
- ☐ Kopje e regjistrimit në QKR
- ☐ Importi
- ☐ Servisi
- ☐ Planimetria
- ☐ Dokumentacion për pajisjen Nr i faqeve
- ☐ Kontratë për Dozimetrinë Personale
- ☐ Kualifikimet e personelit
- ☐ Plani i Emergjencave
- ☐ Performanca e dozave
- ☐ Vlerësimi për sigurinë dhe mbrojtjen nga rrezatimi
- ☐ Kontrolli mjekësor

Data _____

Inspektori: Emri, Mbiemri, Firma

LIÇENSIMI

Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet pasi analizoi kërkesen, aprovoi dhënien e liçensës për një afat _____ vjeçar.

Data _____

Kryetari i ZMR