

LISTA E KONTROLLIT PËR BURIME RADIOAKTIVE TË HAPURA

Tiranë 2020

Personeli

Baza Ligjore	Profesioni			Komente (Funksioni, Diploma, Kualifikimet, Vite pune)
VKM Nr. 10 dt.07.01.2010 “Për licencimin dhe inspektimin e veprimtarive me burime të rrezatimit jonizues”, Pika 4.	Fizikan Mjekësor	Po	Jo	
	Teknik Imazherie	Po	Jo	
	A ka ndryshime në personel, duke e krahasuar me listën që është aprovuar nga Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet (KMR) në vlerësimin fillestar që është bërë për marrjen e licencës	Po	Jo	

Baza Ligjore	Përshkrimi i materialit radioaktiv në përdorim	Komente (Aktiviteti max GBq , Forma fizike/kimike, Përdorimi)
VKM Nr. 10 dt.07.01.2010 “Për licencimin dhe inspektimin e veprimtarive me burime të rrezatimit jonizues”, Pika 4.	Radionuklide / Farmaceutikate	

--	--	--

Baza Ligjore	Tipi i pajisjes			Komente (Prodhuesi, Nr. Model, Sasia)
VKM Nr. 10 dt.07.01.2010 “Për licencimin dhe inspektimin e veprimtarive me burime të rrezatimit jonizues”, Pika 4.	Kalibrator për dozat	Po	Jo	
	Pajisja shintiluese	Po	Jo	
	Shiringë me mbrojtje	Po	Jo	
	Pinceta	Po	Jo	
	Gërshërë	Po	Jo	
	Bllloqe plumbi	Po	Jo	
	Numërues	Po	Jo	
	Gjenerator ⁹⁹ Mo	Po	Jo	
	Boks	Po	Jo	

Baza Ligjore	Përshkrimi i paisjeve që përdoren për matje dhe atyre mbrojtëse			Komente
VKM Nr. 10 dt.07.01.2010 “Për licencimin dhe inspektimin e veprimtarive me burime të rrezatimit jonizues”, Pika 4.	A ka ndonjë ndryshim në inventarin e burimeve apo paisjeve në përdorim krahasuar me listën e burimeve apo pasijeve që është aprovuar nga KMR në momentin e marrjes së licencës	Po	Jo	
	A ka ndonjë ndryshim ose modifikim që është bërë në mjediset e ushtrimit të aktivitetit me burime radioaktive në ndryshim nga ato të aprovuara nga KMR (P.sh ndryshimin apo rikonstruksionin e kabinetit, në paisjet mbrojtëse etj)	Po	Jo	

***Shënim:** Në rast se konstatohen ndryshime sipas rasteve të mësipërme dhe subjekti nuk ka bërë amendimin e licencës për ndryshimet e bëra, penalizohet me dënimin kryesor “Heqje të licencës të ushtrimit të veprimtarisë me burime të rrezatimit jonizues”.*

Lista e kontrollit plotësohet në zbatim të Udhëzimit për metodologjinë e përcaktimit të dënimeve administrative në procesin e inspektimeve nga inspektorët e ZMR

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Detyrimet e punëdhënësit në lidhje me masat mbrojtëse				
neni 24	a) A është drejtuesi (punëdhënësi), apo Oficeri i mbrojtjes nga rrezatimet OMR i njohur me kërkesat e Komisionit të Mbrojtjes nga Rrezatimet (KMR) dhe kushtet e licencës?	Po	Jo	N/A	1pikë
neni 5 pika 7	b) A ka siguruar drejtuesi nivel të përshtatshëm të stafit punonjës (arsimimi, trajnimet e duhura)?	Po	Jo	N/A	2pikë
neni 24 pika 1	c) A ka siguruar drejtuesi mjete të mjaftueshshme për sigurimin e një pune të sigurtë të personelit?	Po	Jo	N/A	2pikë
Neni 24 pika 4/f	d) A administron drejtuesi dokumentacionin e mjaftueshëm për radiombrojtjen(licencë, rregulloren e brendëshme, plan emergjencash, kontrata me IFBZ, inventarin e burimeve, plan i trajnimeve të personelit (në kohë dhe para) etj ?	Po	Jo	N/A	2pikë
neni 32 pika 1/2	e) A mban drejtuesi në mënyrë sistematike dokumentacionin e nevojshëm për mbrojtjen e personelit (monitorimi periodik i dozimetrave nga IFBZ, analizat periodike mjeksore, trajnimet periodike)?	Po	Jo	N/A	1pikë
neni 24 pika 2 / 4	f) A kanë punëmarrësit mbikqyrje të mjaftueshme që siguron ndjekjen e rregullave, të procedurave, masave mbrojtëse, kushtet e sigurisë, për të cilat kanë dhe vetë përgjegjësi dhe detyrime për mbrojtjen e tyre dhe të personave të tjerë?	Po	Jo	N/A	2pikë
neni 24 pika 8 , neni 25 pika 2	g) A ka marrë në konsideratë punëdhënësi raportimet (vërejtje, ankime) nga punëmërrësit për mosplotësimin e standarteve të mbrojtjes nga rrezatimet jonizuese?	Po	Jo	N/A	1pikë
Neni 25, pika 1/a	g) A janë punonjësit të instruktuar në zbatimin e procedurave?	Po	Jo	N/A	2pikë

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Sistemi i sinjalizimit				
neni 28 pika 4/c	a) A ka shënja sinjalizuese, tabela paralajmëruese me shpjegimet perkatese, simboli i radioaktivitetit, tabela “rrezik rrezatimi”, postera, etj. në mjediset ku mbahen lëndët radioaktive dhe të ushtrimit të veprimtarisë?	Po	Jo	N/A	2pikë
	b) A ka sistem sinjalizimi dritor apo zanor që sinjalizojnë kur aparaturat janë në punë?	Po	Jo	N/A	0.5pikë
	c) A ka sistem sinjalizimi (alarmi) në rast avarie?	Po	Jo	N/A	0.5 pikë

Baza Ligjore	Mbrojtja e punëmarrësit				
VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues” pika 4 dh	A ka siguruar punëdhënësi pajisjet e nevojshme mbrojtëse dhe pajisjet monitoruese, si dhe instruksionin për përdorimin e tyre?	Po	Jo	N/A	2pikë
Kodi i praktikës në mjeksinë bërthamore(radiodiagnostikë dhe radioterapi)	b) A janë të përshtatëshme mjediset ku kryhet veprimtaria me burimet radioaktive?	Po	Jo	N/A	1pikë
	c) A ekziston aspirimi në kabinetet e mjeksisë bërthamore (sidomos në dhomën e nxehtë)?	Po	Jo	N/A	2pikë

nr.5027/2 datë 2.12.2010					
VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues” neni 29 pika 6	d) A kanë në përdorim mjete personale mbrojtëse? (barrierat mbrojtëse lëvizëse, përparëset e plumbit, dorrezat e plumbit, syzet mbrojtëse, pinceta, gërshtë etj.)	Po	Jo	N/A	2pikë
	e) A përdoren nga punëmarrësit pajisjet dhe mjetet mbrojtëse?	Po	Jo	N/A	1pikë

Shënim: Në rast se konstatohet që mjedisi ku ushtrohet aktiviteti dhe ku mbahen lëndët radioaktive është në gjëndje jo të mirë dhe i papërshtatshëm që vë në vështirësi kryerjen e aktivitetit, subjekti penalizohet me dënimin plotësues “Projekte për rehabilitimin dhe ndreqjen e shkeljes së kërkesës ligjore”.

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Klasifikimi i zonave				
neni 28	a) A janë zonat e kontrolluara të përcaktuara dhe të shënuara ku doza ambientale vjetore është më e madhe se 6 mSv/vit	Po	Jo	N/A	1pikë
neni 28	b)A janë vendosur tabelat përkatëse në pikat e hyrjes, për rrezikun e rrezatimit, ndalimin e hyrjes të personave të pa-autorizuar dhe instruksione të përshtatshme	Po	Jo	N/A	0.5pikë
neni 29	c)A janë zonat e mbikqyrura të shënuara dhe të përcaktuara	Po	Jo	N/A	1pikë
neni 29	d)A janë vendosur tabelat përkatëse në pikat e hyrjes, për rrezikun e rrezatimit dhe instruksione të përshtatshme	Po	Jo	N/A	0,5pikë

Baza Ligjore	Rregullat e brendshme të punës dhe zbatimi i				
---------------------	---	--	--	--	--

VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	tyre.				
neni 29, pika 5	a) A janë rregullat të shkruara dhe të afishuara në mjediset e punës	Po	Jo	N/A	1 pikë
	b) A përfshijnë rregullat nivelet e investigimit dhe nivelet e autorizuara si dhe procedurat që duhet të ndiqen kur një nivel kalohet	Po	Jo	N/A	1 pikë
	c) A njihen dhe zbatohen rregullat që përmban Rregullorja e punës dhe plani i emergjencave ?	Po	Jo	N/A	1 pikë

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Monitorimi i ekspozimit të personelit				
Neni 31/ pika 4/a	a) A kanë punonjësit dozimetra personale ?	Po	Jo	N/A	4 pikë
	b) A i përdorin dozimetrat dhe i vendosin si duhet ?	Po	Jo	N/A	2 pikë
	c) A monitorohen nga IFBZ në afatet e përcaktuara ?	Po	Jo	N/A	3 pikë
neni 31,pika 3	d) A monitorohen në mënyrë sistematike mjediset e kabineteve ku ri personeli për nivelin e rrezatimit?	Po	Jo	N/A	1 pikë
Neni 32 pika 2	e) A ruhen të dhënat e ekspozimeve për çdo	Po	Jo	N/A	1 pikë

	punëmarës (jo më pak se 30 vjet nga largimi nga puna) ?				
Ligji nr.8025 datë 09/11/1995 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese” (i ndryshuar) Neni 8 pika, c dhe ç	Matjet e kryera gjatë inspektimit:				Koment e (Tipi/nr modelit te aparatit matës): Rezultati i matjeve :
Ligji nr.8025 datë 09/11/1995 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese” (i ndryshuar) Neni 10	A përputhen matjet e bëra nga inspektori, Institucioni i autorizuar, llogaritjet e ekspertit me kërkesat rregullatore?	Po	Jo		1 pikë
					Komente:

Shënim: Në rast se konstatohen nivele të rrezatimit tej normave të lejuara, subjekti penalizohet me dënimin kryesor: “Bllokim i përgjithshëm i aktivitetit”dhet shoqërohet edhe me dënimin plotësues”Pezullim të licencës”

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Siguria teknike				
Neni 24	a) A ka një person përgjegjës për mbrojtjen nga rrezatimet, apo(OMR), i cili ka të qarta	Po	Jo	N/A	0.5

	detyrat dhe i ka zbatuar ato				pikë
	b) A është OMR në dijeni të aktivitetit të secilit punonjës që përdorin burime të rrezatimit jonizues?	Po	Jo	N/A	0.5 pikë
	c) A bën OMR mbikqyrjen e vazhdueshme të punonjësve, që siguron ndjekjen e rregullave, të procedurave, masave mbrojtëse, si dhe kushtet e sigurisë	Po	Jo	N/A	1pikë
	d)A mban OMR të dhëna të mjaftueshme për të siguruar mbrojtje të publikut dhe të punonjësve	Po	Jo	N/A	1 pikë

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Aksesi i vizitorëve				
Neni 39	a) A shoqërohen vizitorët që hyjnë në zonat e kontrolluara?	Po	Jo	N/A	1pikë
	b) A i jepet informacion i mjaftueshëm vizitorëve që hyjnë në zonat e kontrolluara ?	Po	Jo	N/A	0,5pikë
	c) A ekzistojnë kontrole të mjaftueshme mbi hyrjen në zonat e kontrolluara dhe të mbikqyrura si dhe shënja të përshtatëshme?	Po	Jo	N/A	0,5pikë

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj	Monitorimi i ekspozimit të publikut				
---	--	--	--	--	--

Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”					
Neni 32, pika 1	a) A janë bërë matje periodike nga stafi ose ekspertë për matjen e fuqisë së ekspozimit në zonat publike pranë vendeve ku punohet me bruime radioactive të mbyllura?	Po	Jo	N/A	2pikë
Neni 24, pika 4/b	b) A është mbrojtja dhe masat e tjera mbrojtëse të optimizuara për të kufizuar ekspozimet e popullatës ndaj ekspozimeve të jashtme?	Po	Jo	N/A	2 pikë
Ligji nr.8025 datë 09/11/1995 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese” (i ndryshuar) Neni 8 pika, c dhe ç	Matjet e kryera gjatë inspektimit:				Komente (Tipi/ nr modelit te aparatit matës): Rezultati i matjeve:
Ligji nr.8025 datë 09/11/1995 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese” (i ndryshuar) Neni 10	A përputhen matjet e bëra nga inspektori, Institucioni i autorizuar, llogaritjet e ekspertit me kërkesat rregullatore?	Po	Jo	N/A	1pikë
					Komente:

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Mbetjet Radioaktive dhe trajtimi i tyre				
Neni 41	a) A ruhen mbetjet radioaktive në vendin e caktuar më parë, a është i sigurtë?	Po	Jo	N/A	2pikë
	b) A janë marrë masat për të transferuar mbetjet radioaktive në vendin e autorizuar për trajtimin e tyre në fund të përdorimit?	Po	Jo	N/A	1pikë
	c) Nëse ndonjë burim i hapur nuk është më në përdorim dhe është magazinuar a ka institucioni i autorizuar planin për një transferim të shpejtë ose për trajtim të shpejtë të burimit ?	Po	Jo	N/A	2pikë
VKM Nr. 638, datë 7.9.2016 për miratimin e rregullores “Për Trajtimin E Sigurt Të Mbetjeve Radioaktive Në Republikën E Shqipërisë” Neni 20	c) A monitorohen periodikisht shkarkimet radioaktive në natyrë që të mbahen në nivelet më të ulëta të mundshme nën kufijtë e autorizuara të shkarkimeve?	Po	Jo	N/A	2pikë
	A kryhen matje para shkarkimeve për të siguruar që derdhjet e shkarkimeve radioaktive në mjedis janë brenda limiteve të lejuara të shkarkimit dhe a rregjistrohen këto matje?	Po	Jo	N/A	2pikë
VKM nr. 877 datë 30.10.2015 Për Miratimin E Rregullores “Për Sigurimin E Burimeve Radioaktive Në Republikën E Shqipërisë”, Ankesi IV	A ka dokumentacion për shkarkimet në natyrë të mbetjeve radioaktive (shkarkimi i gazrave nga dhoma e nxehtë), i depozitave të mbetjeve , shkarkimet në lavamane) të regjistruara sipas formatit të Aneksit IV të VKM nr. 877 datë 30.10.2015 Për Miratimin E Rregullores “Për Sigurimin E Burimeve Radioaktive Në Republikën E Shqipërisë”	Po	Jo	N/A	1pikë

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të	Plani i emergjencës radiologjike				
--	---	--	--	--	--

Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”					
Neni 63 pika 5/b,ë	a) A ekziston një plan i shkruar emergjence?	Po	Jo	N/A	3pikë
	b) A testohet dhe rinovohet periodikisht plani i emergjencës?	Po	Jo	N/A	1pikë
Neni 63 pika 5/c	d) A i kanë të përcaktuara punonjësit detyrat e tyre në rast emergjence me burimin radioaktiv dhe a kanë trajnimin e nevojshëm?	Po	Jo	N/A	2pikë

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Justifikimi				
Neni 47, pika 2	a) A ka pacienti rekomandim nga mjeku specialist për të bërë ekspozim mjekësor, diagnostikues apo terapeutik?	Po	Jo	N/A	2pikë
	b) A bëhet instruktimi i pacientëve përpara ekzaminimit, a ka dokumentacion?	Po	Jo	N/A	1pikë
Neni 47, pika 4	c) A merren masa për kufizimin e dozës për individë të cilët kanë dijeni që për individët që ekspozohen duke e ditur paraprakisht, ndërkohë që janë duke ndihmuar vullnetarisht (ndryshe nga profesioni ose punësimi i tyre) në përkujdesin, mbështetjen, dhe komfortin e pacientëve	Po	Jo	N/A	1pikë
Neni 48, pika 2	d) A janë ekspozimet mjekësore diagnostikues apo terapeutike të justifikuara duke marrë parasysh të mirat dhe riskun në krahasim me teknikat e tjera që nuk japin ekspozim	Po	Jo	N/A	1 pikë

	mjekësor?				
--	-----------	--	--	--	--

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Konsiderata				
Neni 51, pika 3	a) A sigurojnë mjekët përdorimin e radionuklidëve të duhur që ekspozimi i pacientëve të jetë në minimumin e nevojshëm për të arritur objektivin diagnostik dhe a marrin parasysh, informacione nga ekzaminimet e mëparshme për të shmangur ekzaminimet shtesë të panevojshme ?	Po	Jo	N/A	2pikë
	b) A zgjedhin mjekët dhe laborantët radiofarmaceutikat më të mirë për të aritur ekspozimin minimal në përputhje me kërkesat e veçanta për fëmijët dhe për pacientët me dëmtime të funksionit të organeve ?	Po	Jo	N/A	2pikë
Neni 51, pika 4	c) A shmanget administrimi i radionuklideve për procedurat diagnostikuese apo radioterapeutike të gratë që janë shtatzëna, apo që ka të ngjarë të jenë shtatzëna? (Përfshijë rastet kur ekzistojnë arsye të forta klinike për ekzaminime të tilla)	Po	Jo	N/A	2pikë
	d) Për nënat me fëmijë në gjë a rekomandohet ndërprerja e ushqimit me gjë të fëmijes derisa radiofarmaceutikati të sekretohet në atë masë që vlerësohet si dozë e pranueshme për fëmijën që ushqehet me gjë?	Po	Jo	N/A	1pikë
	e) A zbatohet dhënia e radionuklideve fëmijëve për procedura diagnostike(përfshijë rastet kur ekzistojnë shenja klinike të fuqishme) dhe a është sasia e radioaktivitetit të dhënë në përputhje me peshën dhe sipërfaqen e trupit apo ndonjë tjetër kriter i përshtatshëm ?	Po	Jo	N/A	1pikë

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Kalibrimi				
Neni 52	a) A është kalibrimi i burimeve të përdorura në ekspozimet mjekësore objekt i laboratorit të standarteve dozimetrike?	Po	Jo	N/A	2pikë
	b) A kalibrohen burimet e hapura sipas aktivitetit të radiofarmaceutikatit që do të jepet me aktivitetin e përcaktuar dhe të regjistruar në momentin e dhënies?	Po	Jo	N/A	1pikë

Baza Ligjore	Dozimetria klinike				
Kodi I Praktikes Ne Mjekesine Berthamore Radiodiagnostike Dhe Radioterapi Nr 5027/2 prot datë 02.12.2010	a) A janë dozat e absorbuara të përcaktuara dhe të dokumentuara?	Po	Jo	N/A	2pikë

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Sigurimi i Cilësisë A përfshin programi i Sigurimit të Cilësisë mjekësore:				
Neni 55, pika 2	a) Matjet dhe verifikimet e parametrave fizikë në momentin e fillimit të aktivitetit dhe periodikisht më pas?	Po	Jo	N/A	1pikë
	b) Verifikimin e kalibrimit dhe kushteve të duhura të punës të paisjeve dozimetrike dhe monitorizuese?	Po	Jo	N/A	1pikë

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Doza kufizuese				
Neni 56, pika a	a) A janë dokumentuar dozat kufizuese për individë që kanë dijeni, që ekspozohen dhe që vullnetarisht kujdesen dhe ndihmojnë në mbarëvajtjen e pacientëve që janë në trajtim mjekësor?	Po	Jo	N/A	1pikë
Neni 58, pika 2	b) A monitorohen pacientët përpara se të dalin nga spitali për nivelin e rrezatimit? A u jepen instruksione më shkrim për kontaktet me persona të tjerë për kujdesin përkatës për mbrojtjen nga rrezatimi?	Po	Jo	N/A	1pikë

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Aksidentet				
Neni 60, pika 2/ ç	A ka ndodhur ndonje incident apo aksident? (përdorim I gabuar I farmaceutikateve, aksident, gabim njerëzor, fatkeqësi apo çdo ngjarje tjetër me mundësinë për ti shkaktuar pacientit një ekspozim shumë të ndryshëm nga ai i parashikuar?	Po	Jo	N/A	2 pikë
	a) Në se po, a është përgatitur raporti i investigimit të incidentit apo aksidentit?	Po	Jo	N/A	1pikë
Neni 60, pika 2/ a	b) A është monitoruar niveli i rrezatimit të mjedisit ku ka ndodhur incidenti?	Po	Jo	N/A	1pikë
Neni 60, pika 2/ a	c) <i>Në rast të ekspozimeve mjeksore aksidentale.</i> A është llogaritur dhe vlerësuar doza e marrë nga pacienti?	Po	Jo	N/A	1pikë
	d) A janë zbatuar të gjitha masat korrektuese që janë nën përgjegjësinë e punëdhënësit?			N/A	1 pikë
Neni 60, pika 2/ b	e) Ajanë marrë masa për t’u mos u përsëritur incidenti?	Po	Jo	N/A	1 pikë
Neni 60, pika 2/ d	f) A është lajmëruar KMR?	Po	Jo	N/A	1pikë
Neni 60, pika 2/ dh	g) A është infomruar pacienti dhe mjeku për këtë incident?	Po	Jo	N/A	1pikë
Neni 60, pika 1/dh	h) A ka dëmtime të pjesëshme të aparaturave që ndikojnë në cilësinë e ekzaminimit?	Po	Jo	N/A	1pikë
	Shuma e pikëve të paplotësuara:				

Shënim: Në rast se, gjatë procesit të inspektimit, konstatohen defekte në mjetet apo pajisjet për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese, por që janë të riparueshme, subjekti penalizohet me dënimin plotësues “Pezullim aktiviteti”.

Inspektorët

Firma

Dt. _____