

LISTA E KONTROLLIT PËR BURIME TË MBYLLURA

Tiranë 2020

Personeli

Baza Ligjore	Profesioni				Komente (Funksioni , Diploma , Kualifikimet, Vite pune)
VKM-së Nr. 10 dt.07.01.2010 “Për licencimin dhe inspektimin e veprimtarive me burime të rrezatimit jonizues”, Pika 4.	Fizikan Mjekësor	Po	Jo	N/A	
	Teknik Imazherie	Po	Jo	N/A	
	Operator	Po	Jo	N/A	
	A ka ndryshime në personel, duke e krahasuar me listën që është aprovuar nga Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet (KMR) në vlerësimin fillestar që është bërë për marrjen e licencës	Po	Jo		

Baza Ligjore	Përshkrimi i paisjeve që përdoren për matje dhe atyre mbrojtëse			Komente(Aktiviteti max GBq , Forma fizike/kimike , Nr.serie , Perdorimi)
VKM-së Nr. 10 dt.07.01.2010 “Për licencimin dhe inspektimin e veprimtarive me burime	A ka ndonjë ndryshim në inventarin e burimeve apo paisjeve në përdorim krahasuar me listën e burimeve apo pasijeve që është aprovuar nga KMR në momentin e marrjes së licencës	Po	Jo	

të rrezatimit jonizues”, Pika 4.	A ka ndonjë ndryshim ose modifikim që është bërë në mjediset e ushtrimit të aktivitetit me burime radioaktive apo vendit të ruajtjes së këtyre burimeve në ndryshim nga ato të aprovuara nga KMR(P.sh ndryshimin apo rikonstrukcionin e kabinetit, në paisjet mbrojtëse etj)	Po	Jo	
-------------------------------------	--	----	----	--

Shënim: Në rast se konstatohen ndryshime sipas rasteve të mësipërme dhe subjekti nuk ka bërë amendimin e licencës për ndryshimet e bëra, penalizohet me dënimin kryesor “Heqje të licencës të ushtrimit të veprimtarisë me burime të rrezatimit jonizues”.

Lista e kontrollit do plotësohet në zbatim të Udhëzimit për metodologjinë e përcaktimit të dënimeve administrative në procesin e inspektimeve nga inspektorët e ZMR

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Detyrimet e punëdhënësit në lidhje me masat mbrojtëse				
neni 24	a) A është drejtuesi (punëdhënësi), apo Oficeri i mbrojtjes nga rrezatimet OMR i njohur me kërkesat e Komisionit të Mbrojtjes nga Rrezatimet (KMR) dhe kushtet e licencës?	Po	Jo	N/A	1 pikë

neni 5 pika 7	b) A ka siguruar drejtuesi nivel të përshtatshëm të stafit punonjës (arsimimi, trajnimet e duhura)?	Po	Jo	N/A	2pikë
neni 24 pika 1	c) A ka siguruar drejtuesi mjete të mjaftueshshme për sigurimin e një pune të sigurtë të personelit?	Po	Jo	N/A	3pikë
Neni 24 pika 4/f	d) A administron drejtuesi dokumentacionin e mjaftueshëm për radiombrojtjen(licencë, rregulloren e brendëshme, plan emergjencash, kontrata me IFBZ, inventarin e burimeve, plan i trajnimeve të personelit (në kohë dhe para) etj ?	Po	Jo	N/A	3pikë
neni 32 pika ½	e) A mban drejtuesi në mënyrë sistematike dokumentacionin e nevojshëm për mbrojtjen e personelit (monitorimi periodik i dozimetrave nga IFBZ, analizat periodike mjeksore, trajnimet periodike)?	Po	Jo	N/A	1pikë
neni 24 pika 2 / 4	f) A kanë punëmarrësit mbikqyrje të mjaftueshme që siguron ndjekjen e rregullave, të procedurave, masave mbrojtëse, kushtet e sigurisë, për të cilat kanë dhe vetë përgjegjësi dhe detyrime për mbrojtjen e tyre dhe të personave të tjerë?	Po	Jo	N/A	2pikë
neni 24 pika 8 , neni 25 pika 2	g) A ka marrë në konsideratë punëdhënësi raportimet (vërejtje, ankime) nga punëmërrësit për mosplotësimin e standarteve të mbrojtjes nga rrezatimet jonizuese?	Po	Jo	N/A	1pikë
Neni 25, pika 1/a	g) A janë punonjësit të instruktuar në zbatimin e procedurave?	Po	Jo	N/A	2pikë

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Sistemi i sinjalizimit				
neni 28 pika 4/c	a) A ka shënja sinjalizuese, tabela				

	paralajmëruese me shpjegimet perkatese, simboli i radioaktivitetit, tabela “rrezik rrezatimi”, postera, etj. në mjediset ku mbahen lëndët radioaktive dhe të ushtrimit të veprimtarisë?	Po	Jo	N/A	2pikë
	b) A ka sistem sinjalizimi dritor apo zanor që sinjalizojnë kur aparaturat janë në punë?	Po	Jo	N/A	0.5pikë
	c) A ka sistem sinjalizimi (alarmi) në rast avarie?	Po	Jo	N/A	0.5 pikë

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Mbrojtja e punëmarrësit				
pika 4 dh	a) A ka siguruar punëdhënësi pajisjet e nevojshme mbrojtëse dhe pajisjet monitoruese, si dhe instruksionin për përdorimin e tyre?	Po	Jo	N/A	7pikë
neni 29 pika 6	b) A ka siguruar punëdhënësi pajisje personale mbrojtëse të përshtatshme dhe që përmbushin standardet e nevojshme për punëmarrësit? (p.sh: veshje mbrojtëse, përparëse dhe doreza mbrojtëse)	Po	Jo	N/A	5pikë
	c) A përdoren nga punëmarrësit pajisjet dhe mjetet mbrojtëse?	Po	Jo	N/A	3 pikë

Shënim: Në rast se konstatohet që mjedisi ku mbahen lëndët radioaktive është në gjëndje jo të mirë dhe i papërshtatshëm, subjekti penalizohet me dënimin plotësues “Projekte për rehabilitimin dhe ndreqjen e shkeljes së kërkesës ligjore”.

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë	Klasifikimi i zonave	
--	-----------------------------	--

11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”					
neni 28	a) A janë zonat e kontrolluara të përcaktuara dhe të shënuara ku doza ambientale vjetore është më e madhe se 6 mSv/vit.	Po	Jo	N/A	1pikë
neni 28	b)A janë vendosur tabelat përkatëse në pikat e hyrjes, për rrezikun e rrezatimit, ndalimin e hyrjes të personave të paaautorizuar dhe instruksione të përshtatëshme	Po	Jo	N/A	0.5pikë
neni 29	c)A janë zonat e mbikqyrura të shënuara dhe të përcaktuara	Po	Jo	N/A	1pikë
neni 29	d)A janë vendosur tabelat përkatëse në pikat e hyrjes, për rrezikun e rrezatimit dhe instruksione të përshtatshme	Po	Jo	N/A	0,5pikë

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Rregullat e brendshme të punës dhe zbatimi i tyre.				
neni 29, pika 5	a) A janë rregullat të shkruara dhe të afishuara në mjediset e punës?	Po	Jo	N/A	1pikë
	c) A njihen dhe zbatohen rregullat që përmban Rregullorja e punës dhe plani i emergjencave ?	Po	Jo	N/A	2pikë

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Monitorimi i ekspozimit të personelit					
Neni 31/ pika 4/a	a) A kanë punonjësit dozimetra personale ?	Po	Jo	N/A	5 pikë	
	b) A i përdorin dozimetrat dhe i vendosin si duhet ?	Po	Jo	N/A	2 pikë	
	c) A monitorohen nga IFBZ në afatet e përcaktuara ?	Po	Jo	N/A	4 pikë	
neni 31,pika 3	d) A monitorohen në mënyrë sistematike mjediset e kabineteve ku ri personeli për nivelin e rrezatimit?	Po	Jo	N/A	1 pikë	
Neni 32 pika 2	e) A ruhen të dhënat e ekspozimeve për çdo punëmarës (jo më pak se 30 vjet nga largimi nga puna) ?	Po	Jo	N/A	1 pikë	
Ligji nr.8025 datë 09/11/1995 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese” (i ndryshuar) Neni 8 pika, c dhe ç	Matjet e kryera gjatë inspektimit:				Koment e (Tipi/nr modelit te aparatit matës): Rezulta ti i matjeve :	
Ligji nr.8025 datë 09/11/1995 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese” (i ndryshuar) Neni 10	A përputhen matjet e bëra nga inspektori, Institucioni i autorizuar, llogaritjet e ekspertit me kërkesat rregullatore?	Po	Jo	N/A	1 pikë	
					Koment e:	

Shënim: Në rast se konstatohen nivele të rrezatimit tej normave të lejuara, subjekti penalizohet me dënimin kryesor: “Bllokim i përgjithshëm i aktivitetit” dhe shoqërohet edhe me dënimin plotësues “Pezullim të licencës”

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Siguria-teknike				
Neni 24	a) A ka një person përgjegjës për mbrojtjen nga rrezatimet, apo OMR, I ka të qarta detyrat dhe i ka zbatuar ato?	Po	Jo	N/A	1 pikë
	b) A është personi përgjegjës ose OMR në dijeni të aktivitetit të secilit punonjës që punon me burime radioaktive të mbyllura?	Po	Jo	N/A	1 pikë
	c) A bën personi përgjegjës ose OMR mbikqyrjen e vazhdueshme të punonjësve, siguron ndjekjen e rregullave, të procedurave, masave mbrojtëse, si dhe kushtet e sigurisë?	Po	Jo	N/A	2pikë
	d)A mban personi përgjegjës ose OMR të dhëna të mjaftueshme për të siguruar mbrojtje të publikut dhe të punonjësve?	Po	Jo	N/A	1 pikë

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Aksesi i vizitorëve		
--	----------------------------	--	--

Neni 39	a) A shoqërohen vizitorët që hyjnë në zonat e kontrolluara?	Po	Jo	N/A	1 pikë
	b) A i jepet informacion i mjaftueshëm vizitorëve që hyjnë në zonat e kontrolluara?	Po	Jo	N/A	0,5 pikë
	c) A ekzistojnë kontrole të mjaftueshme mbi hyrjen në zonat e kontrolluara dhe të mbikqyrura si dhe shënja të përshtatëshme?	Po	Jo	N/A	0,5 pikë

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Monitorimi i ekspozimit të publikut				
Neni 32, pika 1	a) A janë bërë matje periodike nga stafi ose ekspertë për matjen e fuqisë së ekspozimit në zonat publike pranë vendeve ku punohet me burime radioaktive të mbyllura?	Po	Jo	N/A	2 pikë
Neni 24, pika 4/b	b) A është mbrojtja dhe masat e tjera mbrojtëse të optimizuara për të kufizuar ekspozimet e popullatës ndaj ekspozimeve të jashtme?	Po	Jo	N/A	3 pikë
Ligji nr.8025 datë 09/11/1995 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese” (i ndryshuar) Neni 8 pika, c dhe ç	Matjet e kryera gjatë inspektimit:				Koment e (Tipi/nr modelit te aparatit matës): Rezultati i matjeve :

Ligji nr.8025 datë 09/11/1995 “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese” (i ndryshuar) Neni 10	A përputhen matjet e bëra nga inspektori, Institucioni i autorizuar, llogaritjet e ekspertit me kërkesat rregullatore?	Po	Jo	N/A	1 pikë
					Koment e:

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Mbetjet Radioaktive dhe trajtimi i tyre				
Neni 41	a) A ruhen mbetjet radioaktive në një vend të paracaktuar dhe a është i sigurt?	Po	Jo	N/A	3pikë
	b) A mbahet aktiviteti dhe volumi i çdo mbetjeje radioaktive që rezulton nga burimet për të cilat punëdhënësi është përgjegjës, në minimumin e mundshëm dhe a menaxhohen (grumbullohen, trajtohen, kondicionohen, transportohen, ruhen dhe depozitohen) në përputhje me rregulloren për menaxhimin e sigurt të mbetjeve?	Po	Jo	N/A	3pikë
	c) Nëse ndonjë burim i mbyllur nuk është më në përdorim dhe është magazinuar a ka institucioni i autorizuar planin për një transferim të shpejtë ose për trajtim të shpejtë të burimit ?	Po	Jo	N/A	2pikë
Neni 42, pika 4/b	d) A regjistrohen rezultatet për monitorimin e mbetjeve radioaktive ?	Po	Jo	N/A	2pikë

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Plani i emergjencës radiologjike				
Neni 63 pika 5/b,ë	a) A ekziston një plan i shkruar emergjence?	Po	Jo	N/A	3pikë
	b) A testohet dhe rinovohet periodikisht plani i emergjencës?	Po	Jo	N/A	2pikë
Neni 63 pika 5/c	d) A i kanë të përcaktuara punonjësit detyrat e tyre në rast emergjence me burimin radioaktiv dhe a kanë trajnimin e nevojshëm?	Po	Jo	N/A	3pikë

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues”	Justifikimi				
Neni 47, pika 2	a) A ka pacienti rekomandim nga mjeku specialist për të bërë ekspozim mjekësor, diagnostikues apo terapeutik	Po	Jo	N/A	3pikë
	b) A bëhet instruktimi i pacientëve përpara ekzaminimit, a ka dokumentacion?	Po	Jo	N/A	1pikë
Neni 47, pika 4	c) A merren masa për kufizimin e dozës për individë të cilët kanë dijeni që për individët që ekspozohen duke e ditur paraprakisht, ndërkohë që	Po	Jo	N/A	1pikë

	janë duke ndihmuar vullnetarisht (ndryshe nga profesioni ose punësimi i tyre) në përkujdesin, mbështetjen, dhe komfortin e pacientëve				
Neni 48, pika 2	d) A janë ekspozimet mjekesore diagnostikuese apo terapeutike të justifikuara duke marre parasysh te mirat dhe riskun ne krahasim me teknikat e tjera qe nuk japin ekspozim mjeksor	Po	Jo	N/A	2 pikë

Baza Ligjore VKM Nr. 801, datë 11.12.2019 për miratimin e rregullores “Për Mbrojtjen e Publikut dhe të Punëmarrësve të Ekspozuar Profesionalisht ndaj Rrezatimit Jonizues, dhe Sigurisë ndaj Ekspozimeve Mjekësore me Burimet e Rrezatimit Jonizues” Neni 60, pika 2/ ç	Masat për zvogëlimin e gabimeve njerëzore				
	A ka ndodhur ndonjë incident apo situatë emergjente? (dëmtimi i ndonjë burimi radioaktiv, aksident, gabim njerëzor, fatkeqësi apo çdo ngjarje tjetër)	Po	Jo	N/A N/A	3
	Në se po, a është përgatitur raporti i investigimit të incidentit apo aksidentit?	Po	Jo	N/A N/A	2pikë
	A është monitoruar niveli i rezatimit të mjedisit ku ka ndodhur incidenti?	Po	Jo	N/A N/A	1pikë
	Çfarë masash janë marrë për të lehtësuar pasojat pas aksidentit? A është rikthyer burimi në kushte të sigurta pas aksidentit?	Po	Jo	N/A	1pikë
Neni 59, pika 1, 2	A janë siguruar instrumente të përshtatëshme, sisteme sigurie apo masa proceduriale për të zvogëluar sa më shumë të jetë e mundur gabimin njerëzor që shkakton ekspozime shtesë dhe të paqëllimshme të punonjësve ?	Po	Jo	N/A	1pikë
	Në rast defekti të sistemeve të sigurisë ose të masave të tjera mbrojtëse, a janë planifikuar ndërhyrje ?	Po	Jo	N/A	1pikë

Shënim: Në rast se, gjatë procesit të inspektimit, konstatohen defekte në mjetet apo pajisjet për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese, por që janë të riparueshme, subjekti penalizohet me dënimin plotësues “Pezullim aktiviteti”.

Inspektorët

Dt. _____

Firma