



www.qbz.gov.al

FLETORJA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Viti: 2023 – Numri: 188

Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare

Tiranë – E martë, 26 dhjetor 2023

PËRMBAJTJA

	Faqe
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 744, datë 20.12.2023	Për kompensimin financiar të pronarëve të pasurive të paluajtshme, që preken nga ndërtimet e legalizuara..... 22369
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 756, datë 20.12.2023	Për miratimin e letërmarrëveshjes, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, që vepron si administratore e fondeve të grantit, të akorduar nga Fondi i Mirëbesimit me Shumë Donatorë, për financimin e projektit “Mbështetje për procesin e projektit të nismës së transparencës së industrive nxjerrëse në Shqipëri” 22394
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 757, datë 20.12.2023	Për miratimin e rezolutave nr. 259, “Ndryshim në nenin 1 të marrëveshjes, që themelon Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për mundësimin e një zgjerimi të kufizuar dhe rritës të shtrirjes gjeografike të operacioneve të Bankës për Afrikën Sub- Sahariane dhe Irakun”, dhe nr. 260, “Ndryshim në nenin 12.1 të marrëveshjes, që themelon Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për heqjen e kufizimit të kapitalit statutor për operacionet e zakonshme”, të vitit 2023, të Bordit të Guvernatorëve të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH)..... 22399
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 762, datë 20.12.2023	Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 10, datë 7.1.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores ‘Për licencimin dhe inspektimin e veprimtarive me burime të rrezatimeve jonizuese’” 22402
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 763, datë 20.12.2023	Për miratimin e memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Shtetit të Kuvajtit, për bashkëpunimin në fushën e Bujqësisë..... 22419
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 764, datë 20.12.2023	Për deklarimin pasuri kulturore e paluajtshme “Qendër historike” të një zone në qytetin e Gjirokastrës, përcaktimin e zonës mbrojtëse të saj dhe miratimin e planit për ruajtjen, mbrojtjen dhe administrimin e saj..... 22421



Duke marrë parasysh dhe duke qenë në pajtim me raportin e Bordit të Drejtorëve, *“Ndryshimi i nenit 12.1 të Marrëveshjes për Themelimin e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, me qëllim heqjen e kufizimit të kapitalit statutor për operacionet e zakonshme”*, dhe rekomandimin e tij për të miratuar një ndryshim të nenit 12.1 të Marrëveshjes për të hequr kufizimin e kapitalit statutor për operacionet e zakonshme; dhe

Me mirëkuptimin që Bordi i Drejtorëve do të ruajë një kufi të duhur nominal të stimulit mbi operacionet, të vendosur kundrejt matjeve përkatëse të kapitalit, brenda kuadrit të mjaftueshmërisë së kapitalit të Bankës, si pjesë e përgjegjësisë së saj për të mbrojtur qëndrueshmërinë financiare dhe qëndrueshmërinë e Bankës.

VENDOS QË:

1. Neni 12.1 i Marrëveshjes ndryshohet duke fshirë tekstin e saj ekzistues dhe duke paraqitur një tekst të ri, si më poshtë:

“Bordi i Drejtorëve do të vendosë dhe ruajë kufijtë e duhur në lidhje me matjet e mjaftueshmërisë së kapitalit, në mënyrë që të mbrojtë qëndrueshmërinë financiare dhe qëndrueshmërinë e Bankës”.

2. Anëtarët e Bankës do të pyeten nëse e pranojnë ndryshimin në fjalë, duke: a) ekzekutuar dhe depozituar pranë Bankës një instrument që deklaron se ky anëtar ka pranuar ndryshimin në fjalë në përputhje me ligjin e tij; dhe b) duke dhënë prova, në formë dhe thelb të pranueshme për Bankën, që ndryshimi është pranuar dhe instrumenti i pranimit është ekzekutuar dhe depozituar në përputhje me ligjin e atij anëtari

3. Ndryshimi në fjalë do të hyjë në fuqi 3 (tre) muaj pas datës në të cilën Banka u ka konfirmuar zyrtarisht anëtarëve të saj se kërkesat për pranimin e ndryshimit në fjalë, siç parashikohet në nenin 56 të Marrëveshjes, janë përmbushur.

(Miratuar në datën 18 maj 2023)

VENDIM

Nr. 762, datë 20.12.2023

PËR DISA SHITESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR. 10, DATË 7.1.2010, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES ‘PËR LICENCIMIN DHE INSPEKTIMIN E VEPRIMTARIVE ME BURIME TË RREZATIMEVE JONIZUESE”

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 9, të ligjit nr. 8025, datë 9.11.1995, “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese”, të ndryshuar, të nenit 5, të ligjit nr. 10081, datë 23.2.2009, “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

I. Në rregulloren “Për licencimin dhe inspektimin e veprimtarive me burime të rrezatimeve jonizuese”, të miratuar me vendimin nr. 10, datë 7.1.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores ‘Për licencimin dhe inspektimin e veprimtarive me burime të rrezatimeve jonizuese’”, bëhen këto shtesa dhe ndryshime:

1. Paragrafi i parë dhe i tretë i pikës 4 ndryshohen, si më poshtë vijon:

“Licenca për veprimtari me burime rrezatimi jonizues është për një afat 10-vjeçar dhe nuk transferohet te të tretë. Licenca publikohet në Regjistrin Kombëtar të Licencave, Autorizimeve dhe Lejeve, sipas përcaktimeve në nenin 14, të ligjit nr. 10 081, datë 23.2.2009, “Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.”.

“Licenca rinovohet në përfundim të afatit të vlefshmërisë së licencës.

Rinovimi i licencës për subjektet fizike ose juridike realizohet, duke plotësuar kriteret e parashikuara në pikën 3 të kësaj rregulloreje. Procedura e shqyrtimit të rinovimit të licencës kryhet nga Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet, në përputhje me parashikimet e pikës 3, të kësaj rregulloreje.



Licenca ndryshohet, kur përgjatë kryerjes së veprimtarisë ndodh ndryshimi i të dhënave të përcaktuara në kriteret e licencimit.

Kërkesa për ndryshim të licencës dhe njoftimi në Zyrën e Mbrojtjes nga Rrezatimet për çdo ndryshim, që parashikohet të kryhet në veprimtari ose burime, paraqitet 60 ditë para ndryshimeve.”

2. Pika 10 ndryshohet, si më poshtë vijon:

“10. Kundër vendimit përfundimtar të inspektimit, subjekti ka të drejtë të ankohet pranë Komisionit të Mbrojtjes nga Rrezatimet brenda 30 ditëve.

Kundër vendimit të Komisionit të Mbrojtjes nga Rrezatimet, subjekti ka të drejtë të ankohet në gjykatë brenda 45 ditëve nga marrja e njoftimit të vendimit.”

3. Pas pikës 10 shtohen pikat 11, 12 dhe 13, me këtë përmbajtje:

“11. Licenca për veprimtari me burime rrezatimi jonizues shfuqizohet nga Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet, me propozimin e Zyrës së Mbrojtjes nga Rrezatimet, në këto raste:

a) kur subjekti i licencuar transferon veprimtarinë në një vend tjetër;

b) kur subjekti i licencuar nuk përmbush më ose shkel detyrimet për kriteret e mbrojtjes nga rrezatimet, sigurinë dhe sigurimin në veprimtarinë që ushtron.

Kundër vendimit të Komisionit të Mbrojtjes nga rrezatimet, subjekti ka të drejtë të ankohet në gjykatë brenda 45 ditëve nga marrja e njoftimit të vendimit.

12. Licencimi i veprimtarisë me burime rrezatimi jonizues shoqërohet me tarifë, e cila përcaktohet me udhëzim të ministrit përgjegjës për shëndetësinë dhe paguhet në momentin e paraqitjes së kërkesës për licencë, për rinovim licence ose për ndryshimin e saj.

13. Afat i vlefshmërisë së licencës, i parashikuar në paragrafin e parë, të pikës 4, të këtij vendimi, vlen

edhe për licencat aktive deri në momentin e plotësimit të afatit 10-vjeçar, afat që llogaritet duke filluar nga data e hyrjes në fuqi të licencës.”

4. Dy formularët bashkëlidhur rregullores “Aplikimi për licencë për veprimtari me burime të mbyllura radioaktive, kërkesë për licencë për veprimtari me burime të rrezatimeve jonizuese dhe aplikimi për licencë për veprimtari me gjeneratorë me rreze X, kërkesë për licencë për veprimtari me burime të rrezatimeve jonizuese, gjeneratorë me rreze X ndryshohen në 7 formularë, si më poshtë vijon:

a) kërkesë për licencë për veprimtari me burime radioaktive, ruajtje-trajtim;

b) kërkesë për licencë për veprimtari me burime radioaktive, përdorim;

c) kërkesë për licencë për veprimtari me burime radioaktive, transport;

d) kërkesë për licencë për veprimtari me gjeneratorë me rreze X, përdorim;

e) kërkesë për licencë për veprimtari import-eksport, burime radioaktive;

f) kërkesë për licencë për veprimtari me gjeneratorë/llambë me rreze X, instalim/mirëmbajtje;

g) kërkesë për licencë për veprimtari me gjeneratorë me rreze X/llambë me rreze X, import/eksport.

II. Ngarkohen Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTËR
Edi Rama

KËRKESË PËR LICENCË PËR VEPRIMTARI IMPORT/EKSPORT
BURIME RADIOAKTIVE

- Personi juridik/fizik: _____

Emri Mbiemri (përfaqësuesi ligjor) _____

Adresa _____

Tel. _____

E-mail _____

Ekstrakti i regjistrimit në QKB _____

- Të përshkruhen kategoritë e burimeve radioaktive, si dhe të dhëna të tjera që lidhen me import/eksportin.

Rregullat e brendshme dhe supervizimi. Të paraqitet një informacion mbi funksionimin e brendshëm të subjektit.

Dokumente për t'u ngarkuar në sistem, sipas renditjes:

1. Rregullore e brendshme mbi menaxhimin e burimeve radioaktive gjatë import/eksportit/et;
2. Një dokument i veçantë për strukturën organizative;
3. Listën e punëmarrësve;
4. Për ruajtjen e përkohshme ngarkoni licencë për ruajtje dhe trajtim burimesh radioaktive, ose kontratën me një subjekt, i cili zotëron një licencë të tillë, sipas sqarimit në pikën nr. 1;
5. Dokument mbi mënyrën e ruajtjes së dokumentacionit, sipas sqarimit në pikën nr. 2 .

Burimet radioaktive nuk duhet të transferohen te subjekte, të cilat nuk disponojnë licencën përkatëse për përdorimin, ruajtjen etj.

Duke mbajtur përgjegjësi të plotë për vërtetësinë e të dhënave të mësipërme.

I gjithë dokumentacioni të jetë i skanuar në format PDF me ngjyra.

Kërkesa e plotësuar në mënyrë të parregullt dhe jo të plotë do të sjellë vonesa për subjektin që aplikon për licencë. Bazuar në nenin 3 të rregullores të miratuar me vendimin nr. 10 datë 7.1.2010, të Këshillit të Ministrave, "Për miratimin e rregullores "Për licencimin dhe inspektimin e veprimtarive me burime të rrezatimeve jonizuese", për marrjen e licencës, çdo person juridik dhe fizik aplikon jo më vonë se 90 ditë punë para parashikimit për fillimin e veprimtarisë. Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet vendos për miratimin ose jo të licencës jo më vonë se 45 ditë kalendarike nga data e plotësimit të dokumentacionit.

Në rast se kërkesa për licencë ka pasaktësi dhe mungesa në dokumentacion, bazuar në nenin 91/3 të Kodit të Procedurave Administrative, afati për shqyrtimin e saj fillon nga paraqitja e plotë e dokumentacionit.

Shënim:

1. Veprimtaria me burime të rrezatimeve jonizuese realizohet në përputhje me ligjin nr. 8025, datë 9.11.1995, "Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese", të ndryshuar, si dhe të rregulloreve, kodeve dhe praktikave të aprovuara.

2. Në bazë të ligjit për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese dhe të standardeve bazë të mbrojtjes nga rrezatimet, Komisioni për Mbrojtjen nga Rrezatimet jonizuese duhet të njoftohet për çdo veprimtari me burime të rrezatimeve jonizuese, pezullimin ose mbylljen e tyre.

Format shpjegues në lidhje me plotësimin e kërkesës për licencë

Burime radioaktive

Import-eksport



Pika 1. Për ruajtjen e përkohshme të burimeve radioaktive duhet të pajiseni me licencë për ruajtje dhe trajtim burimesh radioaktive, ose duhet të keni një kontratë me një subjekt, i cili zotëron një licencë të tillë, ku të sqarohen detyrimet e secilës palë për pranimin dhe kthimin e burimit sipas nevojave.

Pika 2. Paraqit me shkrim mënyrën e ruajtjes së dokumentacionit për të gjitha burimet radioaktive që importohen/eksportohen, listën e të gjitha subjekteve ku do të transferohen, lejet e import/eksportit të lëshuara nga Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet, ose Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet dhe certifikatën e cilësisë të burimit radioaktiv.

KËRKESË PËR LICENCË PËR VEPRIMTARI ME GJENERATORË ME RREZE X

PËRDORIM

- Personi juridik/fizik: _____
Emri Mbiemri (përfaqësuesi ligjor) _____
Adresa _____
Adresa ku kryhet veprimtaria, n.q.s. është e ndryshme nga më sipër _____
Tel. _____
E-mail _____
Ekstrakti i regjistrimit në QKB _____

- Lloji i gjeneratorit me rreze X, kontrolli teknik (ct skaner, radiografi, grafi, panorameks, mamografi, densitometër, koronografi etj.):

Prodhuksi i pajisjes _____
Modeli i pajisjes _____
Numri i serisë i pajisjes _____
Tensioni maksimal _____
Rryma maksimale _____
Koha javore e ekspozimit _____
Ngarkesa javore _____
Numri i tubave _____
Modeli për çdo tub me rreze X _____
Numrat e serisë për çdo tub me rreze X _____

Shto pajisje

- Qëllimi i përdorimit të gjeneratorëve me rreze _____
- Plotëso të dhënat mbi subjektin e autorizuar i cili do të kryejë shërbimet (mirëmbajtjen, instalimin) e pajisjeve me rreze X. Nr. i licencës mbi subjektin e autorizuar _____
- Paraqit me shkrim informacion të dozave në zonat publike _____
në zonat e kontrolluara _____
në zonat e survejuara _____
- Paraqit me shkrim informacion mbi justifikimin, optimizimin e ekspozimeve të publikut, stafit dhe pacientëve dhe kufizimin e ekspozimeve publike dhe të stafit, për përdorimin e gjeneratorëve me rreze X _____
- Paraqit të dhëna mbi personin përgjegjës për mbrojtjen nga rrezatimet
Emri _____
Mbiemri _____

Dokumente për t'u ngarkuar në sistem, sipas renditjes:

1. Planimetrinë me të dhënat, sipas sqarimit në pikën nr. 1;



2. Dokument zyrtar mbi destinacionin e ambientit, sipas sqarimit në pikën nr. 2;
3. Dokument në lidhje me mënyrën se si është përfutur gjeneratori me rreze X (dokumenti i blerjes/dhurimit);
4. Certifikatën e kontrollit teknik dhe testet për çdo pajisje, sipas VKM-së nr. 404, datë 18.6.2014, sipas sqarimit në pikën nr. 3;
5. Kontratën me subjektin e autorizuar i cili do të kryejë shërbimet (mirëmbajtjen, instalimin) të pajisjeve me rreze X;
6. Një dokument veçantë strukturën organizative, sipas sqarimit në pikën nr. 5;
7. Listën e punëmarrësve që do të manipulojnë me burimin/et radioaktiv/e dhe pajisjen ku është inkorporuar, që kanë akses në zonat e kontrolluara dhe survejuara;
8. Diplomë ose certifikatë profesionale për çdo punëmarrës;
9. Certifikatë trajnimi për çdo punëmarrës;
10. Vërtetim testimi për çdo punëmarrës;
11. Kontratën me Institutin e Fizikës Bërthamore të Zbatuar për monitorimin e dozës së ekspozimit të punëmarrësve gjatë punës me gjeneratorë me rreze X, sipas listës së deklaruar të punëmarrësve, sipas sqarimit në pikën nr. 5;
12. Kontratën e punës për personin përgjegjës për mbrojtjen nga rrezatimet me punëdhënësin dhe kualifikime të veçanta, sipas sqarimit në pikën nr. 6;
13. Planin e reagimit në rast incidenti;
14. Rregullore e brendshme për përdorimin e gjeneratorëve me rreze X, kode praktike etj.;
15. Dokument mbi mënyrën e ruajtjes së dokumentacionit, sipas sqarimit në pikën nr. 7;
16. Raportin e vlerësimit të sigurisë dhe të mbrojtjes nga rrezatimet, sipas sqarimit në pikën nr. 8;
17. Raportin mjekësor i aftësisë për punë me burime radioaktive lëshuar nga ISHP-ja për çdo punëmarrës.

Duke mbajtur përgjegjësi të plotë për vërtetësinë e të dhënave të mësipërme.

I gjithë dokumentacioni të jetë i skanuar në format PDF me ngjyra.

Kërkesa e plotësuar në mënyrë të parregullt dhe jo të plotë do të sjellë vonesa për subjektin që aplikon për licencë. Bazuar në nenin 3 të rregullores të miratuar me vendimin nr. 10, datë 7.1.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores ‘Për licencimin dhe inspektimin e veprimtarive me burime të rrezatimeve jonizuese’”, për marrjen e licencës, çdo person juridik dhe fizik aplikon jo më vonë se 90 ditë para parashikimit për fillimin e veprimtarisë. Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet vendos për miratimin ose jo të licencës jo më vonë se 45 ditë kalendarike nga data e plotësimit të dokumentacionit.

Në rast se kërkesa për licencë ka pasaktësi dhe mungesa në dokumentacion, bazuar në nenin 91/3 të Kodit të Procedurave Administrative, afati për shqyrtimin e saj fillon nga paraqitja e plotë e dokumentacionit.

Shënim:

1. Veprimtaria me burime të rrezatimeve jonizuese realizohet në përputhje me ligjin nr. 8025, datë 9.11.1995, “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese”, të ndryshuar, si dhe të rregulloreve, kodeve dhe praktikave të aprovuara.

2. Në bazë të ligjit për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese dhe të standardeve bazë të mbrojtjes nga rrezatimet, Komisioni për Mbrojtjen nga Rrezatimet jonizuese duhet të njoftohet për çdo veprimtari me burime të rrezatimeve jonizuese, pezullimin ose mbylljen e tyre.

Format shpjegues, në lidhje me plotësimin e kërkesës për licencë

Përdorim

Gjeneratorë me rreze X

Pika 1. Paraqit planimetritinë e ambienteve, vendndodhjes së panelit të kontrollit, pajisjeve mbrojtëse të lëvizshme, dyerve, dritareve, ventilatorëve, pasazheve, dhomës së errët, ambienteve të pritjes së



pacientëve, qëndrimin e personelit, ambientet rreth kabinetit, materialin dhe dimensionet përkatëse. Paraqit me ngjyra zonat e kontrolluara, tëurvejuara dhe zonat publike.

Planimetria të paraqitet në një format të qartë dhe të specifikuar në mënyrë të dukshme me të gjitha elementet.

Pika 2. Të paraqitet një dokument zyrtar, i cili përcakton destinacionin e ambienteve ku do ushtrohet veprimtaria. (Sipas urdhrit nr. 415, datë 11.10.2011, të ministrit të Shëndetësisë për ndërtimin e kabineteve të radiologjisë dhe ato me burime të hapura dhe të mbyllura radioaktive).

Pika 3. Për realizimin e kontrollit teknik referoju faqes zyrtare: <http://www.ishp.gov.al/të-përgjithshme/>ku përcaktohet lista e personave/subjekteve të njohur nga KMR-ja për këtë qëllim.

Pika 4. Paraqit në një dokument veçantë strukturën organizative dhe listën e punëmarrësve që do të manipulojnë me gjeneratorin/ët me rreze X, që kanë akses në zonat e kontrolluara dheurvejuara. Paraqit dokumentacionin, në lidhje me kualifikimet dhe eksperiencat e stafit. Të ngarkohen diplomë/certifikatë që vërteton kompetencën profesionale të tij/saj në lidhje me punën që do të kryejë, si dhe certifikatë trajnimi në fushën e mbrojtjes nga rrezatimet jonizuese lëshuar nga institucionet e njohura nga KMR-ja, të ngarkohet vërtetimi i testimit. Ritrajnimi dhe testimi në fushën e mbrojtjes nga rrezatimet kryhet çdo pesë vjet. Për realizimin e trajnimit dhe testimit të njohurive në fushën e mbrojtjes nga rrezatimet, referoju faqes zyrtare: <http://www.ishp.gov.al/të-përgjithshme/>ku përcaktohen institucionet e njohura për këtë qëllim.

Pika 5. Paraqit kontratën me Institutin e Fizikës Bërthamore të Zbatuar, Tiranë, për monitorimin e dozës së ekspozimit të punëmarrësve gjatë punës me gjeneratorë me rreze X, sipas listës së deklaruar të punëmarrësve e cila të jetë e përshtatshme për llojin dhe energjitë e rrezatimit që keni në përdorim. Për praktikat siç përcaktohen në nenin 31 të VKM-së nr. 801, datë 11.12.2019, për të cilat nuk është e nevojshme nënshkrimi i kontratës për dozimetrimin personale me IFBZ-në, të kryhet monitorimi i vendit të punës nga përgjegjësi i mbrojtjes nga rrezatimet ose nga një ekspert i mbrojtjes nga rrezatimet.

Pika 6. Të ngarkohen diplomë/certifikatë që vërteton kompetencën profesionale të tij/saj, në lidhje me punën që do të kryejë, si dhe certifikatë trajnimi në fushën e mbrojtjes nga rrezatimet jonizuese lëshuar nga institucionet e njohura nga KMR-ja, të ngarkohet vërtetimi i testimit. Ritrajnimi dhe testimi në fushën e mbrojtjes nga rrezatimet kryhet çdo pesë vjet. Për realizimin e trajnimit dhe testimit të njohurive në fushën e mbrojtjes nga rrezatimet, referoju faqes zyrtare: <http://www.ishp.gov.al/të-përgjithshme/>ku përcaktohen institucionet e njohura për këtë qëllim.

Pika 7. Paraqit një dokument me shkrim për mënyrën e ruajtjes së dokumentacionit për dozimetrimin personale, monitorimit të vendit të punës, incidenteve, trajnimit, shërbimeve të pajisjeve dhe kontrolli mjekësor periodik i punëmarrësve.

Pika 8. Të bëhet vlerësimi për sigurinë dhe mbrojtjen nga rrezatimi, sipas udhëzuesit miratuar nga KMR-ja nr. 72/21, datë 17.8.2021. Për realizimin e raport-ekspertizës referoju faqes zyrtare: <http://www.ishp.gov.al/të-përgjithshme/>ku përcaktohet lista e personave/institucioneve të njohur nga KMR-ja për realizimin e raportit/ekspertizën mbi sigurinë dhe mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese. Subjektet private për kryerjen e ekspertizës t'i referohen listës së ekspertëve të njohur nga KMR-ja, ndërsa subjektet shtetërore të kontaktojnë Institutin e Fizikës Bërthamore të Zbatuar, siç përcaktohet në faqen zyrtare.

Pika 9. Të kontaktohet Instituti i Shëndetit Publik, Departamenti i Shëndetit dhe Mjedisit për plotësimin e raportit mjekësor për aftësinë në punë.

KËRKESË PËR LICENCË PËR VEPRIMTARI ME GJENERATORË ME RREZE X/LLAMBË
ME RREZE X

IMPORT/EKSPORT

- Personi juridik/fizik: _____
Emri Mbiemri (përfaqësuesi ligjor) _____
Adresa _____
Tel. _____
E-mail _____
Ekstrakti i regjistrimit në QKB _____

Dokumente për t'u ngarkuar në sistem, sipas renditjes:

1. Dokumenti me llojet e pajisjeve që do të importohen/eksportohen, sipas funksionit (ct skaner, radiografi, grafi, panorameks, mamografi, densitometër, koronografi etj.), si dhe të sqarohet nëse do të importohen/eksportohen llamba me rreze X;

2. Rregullore e brendshme mbi menaxhimin e import/eksportit të gjeneratorëve dhe llambave me rreze X, sipas sqarimit në pikën nr. 1;

3. Dokument mbi mënyrën e ruajtjes së dokumentacionit, sipas sqarimit në pikën nr. 2.

Duke mbajtur përgjegjësi të plotë për vërtetësinë e të dhënave të mësipërme.

I gjithë dokumentacioni të jetë i skanuar në format PDF me ngjyra.

Kërkesa e plotësuar në mënyrë të parregullt dhe jo të plotë do të sjellë vonesa për subjektin që aplikon për licencë. Bazuar në nenin 3 të rregullores të miratuar me vendimin nr. 10, datë 7.1.2010, të Këshillit të Ministrave, "Për miratimin e rregullores 'Për licencimin dhe inspektimin e veprimtarive me burime të rrezatimeve jonizuese'", për marrjen e licencës, çdo person juridik dhe fizik aplikon jo më vonë se 90 ditë punë para parashikimit për fillimin e veprimtarisë. Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet vendos për miratimin ose jo të licencës jo më vonë se 45 ditë kalendarike nga data e plotësimit të dokumentacionit.

Në rast se kërkesa për licencë ka pasaktësi dhe mungesa në dokumentacion, bazuar në nenin 91/3 të Kodit të Procedurave Administrative, afati për shqyrtimin e saj fillon nga paraqitja e plotë e dokumentacionit.

Shënim:

1. Veprimtaria me burime të rrezatimeve jonizuese realizohet në përputhje me ligjin nr. 8025, datë 9.11.1995, "Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese", të ndryshuar, si dhe të rregulloreve, kodeve dhe praktikave të aprovuara.

2. Në bazë të ligjit për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese dhe të standardeve bazë të mbrojtjes nga rrezatimet, Komisioni për Mbrojtjen nga Rrezatimet jonizuese duhet të njoftohet për çdo veprimtari me burime të rrezatimeve jonizuese, pezullimin ose mbylljen e tyre.

Format shpjegues në lidhje me plotësimin e kërkesës për licencë

Gjeneratorë/llambë me rreze X

Import/eksport

Pika 1. Të paraqitet një rregullore e brendshme e subjektit. Në rregullore të përcaktohet qartë që subjekti nuk transferon pajisje me rreze X ose llambë me rreze X në subjekte të cilat nuk disponojnë licencën përkatëse. Të përcaktohet qartë adresa e magazinimit të pajisjeve dhe e llambave me rreze X të importuara.

Pika 2. Paraqit me shkrim mënyrën e ruajtjes së dokumentacionit për të gjitha pajisjet dhe llambat me rreze X, që importohen/eksportohen, listën e të gjitha subjekteve ku do të transferohen, lejet e import/eksportit të lëshuara nga Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet, certifikatën e cilësisë së gjeneratorit me rreze X.



KËRKESË PËR LICENCË PËR VEPRIMTARI ME BURIME RADIOAKTIVE

RUAJTJE-TRAJTIM

- Personi juridik/fizik: _____

Emri Mbiemri (përfaqësuesi ligjor) _____

Adresa _____

Adresa ku kryhet veprimtaria, n.q.s. është e ndryshme nga më

Tel. _____

E-mail _____

Ekstrakti i regjistrimit në QKB _____

- Paraqit me shkrim informacion të dozave në zonat publike _____
në zonat e kontrolluara _____

në zonat e survejuara _____

- Paraqit të dhëna mbi personin përgjegjës për mbrojtjen nga rrezatimet

Emri _____

Mbiemri _____

- Paraqit të dhëna mbi personin përgjegjës për sigurimin fizik të objektit ku kryhet veprimtaria ku përdoren burime radioaktive

Emri _____

Mbiemri _____

Dokumente për t'u ngarkuar në sistem sipas renditjes:

1. Planimetrinë me të dhënat, sipas sqarimit në pikën nr. 1;
2. Dokument zyrtar mbi destinacionin e ambientit, sipas sqarimit në pikën nr. 2;
3. Plani i sigurimit për burimet radioaktive, sipas sqarimit në pikën nr. 3;
4. Raportin e vlerësimit të sigurisë dhe prezantimi i *safety case*, sipas sqarimit në pikën 4;
5. Paraqit me tabelë inventarin me karakteristikat dhe të dhënat e burimeve radioaktive në ruajtje, kondicionim etj.;
6. Programin e monitorimit të mjedisit;
7. Rregullore e brendshme për ruajtje dhe trajtimin e burimeve radioaktive;
8. Një dokument veçantë strukturën organizative, sipas sqarimit në pikën nr. 5;
9. Listën e punëmarrësve që do të manipulojnë me burimin/et radioaktiv/e dhe pajisjen ku është inkuorporuar, që kanë akses në zonat e kontrolluara dhe survejuara;
10. Diplomë ose certifikatë profesionale për çdo punëmarrës;
11. Certifikatë trajnimi për çdo punëmarrës;
12. Vërtetim testimi për çdo punëmarrës;
13. Kontratën me Institutin e Fizikës Bërthamore të Zbatuar për monitorimin e dozës së ekspozimit të punëmarrësve gjatë punës me burimet radioaktive, sipas listës së deklaruar të punëmarrësve, sipas sqarimit në pikën nr. 6;
14. Kontratën e punës për personin përgjegjës për mbrojtjen nga rrezatimet me punëdhënësin dhe kualifikime të veçanta, sipas sqarimit në pikën nr. 7;
15. Kontratën e punës për personin përgjegjës për sigurimin fizik, me punëdhënësin dhe kualifikime të veçanta, sipas sqarimit në pikën nr. 7;
16. Planin e përgatitjes dhe reagimit në rast incidenti, aksidenti ose event radiologjik;
17. Formatin dhe regjistrin kombëtar të mbetjeve radioaktive;
18. Formatin e regjistrimit të shkarkimeve në mjedis;
19. Formatin mbi njoftimin e humbjes, vjedhjes ose sabotimit;



20. Raportin mjekësor i aftësisë për punë me burime radioaktive lëshuar nga ISHP për çdo punëmarrës.

Burimet radioaktive nuk transferohen në subjekte të cilat nuk disponojnë licencën përkatëse.

I gjithë dokumentacioni të jetë i skanuar në format PDF me ngjyra.

Kërkesa e plotësuar në mënyrë të parregullt dhe jo të plotë do të sjellë vonesa për subjektin që aplikon për licencë. Bazuar në nenin 3 të rregullores të miratuar me vendimin nr. 10, datë 7.1.2010, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores ‘Për licencimin dhe inspektimin e veprimtarive me burime të rrezatimeve jonizuese’”, për marrjen e licencës, çdo person juridik dhe fizik aplikon jo më vonë se 90 ditë punë para parashikimit për fillimin e veprimtarisë. Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet vendos për miratimin ose jo të licencës jo më vonë se 45 ditë kalendarike nga data e plotësimit të dokumentacionit.

Në rast se kërkesa për licencë ka pasaktësi dhe mungesa në dokumentacion, bazuar në nenin 91/3 të Kodit të Procedurave Administrative, afati për shqyrtimin e saj fillon nga paraqitja e plotë e dokumentacionit.

Shënim:

1. Veprimtaria me burime të rrezatimeve jonizuese realizohet në përputhje me ligjin nr. 8025, datë 9.11.1995, “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese”, të ndryshuar, si dhe të rregulloreve, kodeve dhe praktikave të aprovuara.

2. Në bazë të ligjit për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese dhe të standardeve bazë të mbrojtjes nga rrezatimet, Komisioni për Mbrojtjen nga Rrezatimet jonizuese duhet të njoftohet për çdo veprimtari me burime të rrezatimeve jonizuese, pezullimin ose mbylljen e tyre.

Format shpjegues në lidhje me plotësimin e kërkesës për licencë Burime radioaktive Ruajtje-trajtim

Pika 1. Planimetria të paraqitet në një format të përshtatshëm dhe të specifikojë në mënyrë të dukshme të gjitha elementet, ambientet, vendndodhjen e burimit/eve radioaktiv/e, pajisjeve mbrojtëse të lëvizshme, dyerve, dritareve, ventilatorëve, pasazheve, qëndrimin e personelit, ambientet rreth kabinetit, materialin dhe dimensionet përkatëse. Paraqit me ngjyra zonat e kontrolluara, të survejuara dhe zonat publike.

Pika 2. Të dokumentohet destinacioni i ambienteve. Të paraqitet një dokument zyrtar, i cili përcakton destinacionin e ambienteve ku do ushtrohet veprimtaria. (Sipas urdhrit nr. 415, datë 11.10.2011, të ministrit të Shëndetësisë për ndërtimin e kabineteve të radiologjisë dhe ato me burime të hapura dhe të mbyllura radioaktive.)

Pika 3. Të paraqitet plani i sigurimit për burimet radioaktive të kategorisë I, II dhe III, sipas udhëzuesit të KMR-së nr. 444/8, datë 29.3.2019. Të paraqitet plani i sigurimit fizik për përdorimin e burimeve radioaktive të kategorisë I, II dhe III, i cili të jetë në përputhje me rregulloren nr. 877 datë 30.10.2015, “Mbi sigurimin fizik të materialeve radioaktive”, si dhe udhëzuesin nr. 444/8, datë 29.3.2019.

Për përgatitjen e këtij plani të kontaktohet personi i ngarkuar nga Policia e Shtetit në Drejtoritë vendore të policisë/komisiariati i policisë, aty ku subjekti ushtron veprimtarinë për ruajtje/trajtim të burimeve radioaktive të kategorisë 1, 2 dhe 3.

Referoju faqes zyrtare të internetit <http://www.ishp.gov.al/të-përgjithshme/>.

Pika 4. Raporti i vlerësimit të sigurisë dhe prezantimi i *safety case*, të përmbajë vlerësimin për sigurinë dhe mbrojtjen nga rrezatimi në analogji me udhëzimin e miratuar nga KMR-ja nr. 72/21 datë 17.8.2021. Planin të përmbajë elementet e mëposhtme, në përputhje me rregulloren nr. 638, datë 7.9.2016, për trajtimin e sigurt të mbetjeve radioaktive në Republikën e Shqipërisë.

- a) Qëllimi i ruajtjes dhe i trajtimit të burimit/eve radioaktiv/e;
- b) programet operative të menaxhimit të mbetjeve radioaktive;
- c) financimin për trajtimin e mbetjeve;



- d) kushtet e përgjithshme për kontrollin e prodhimit të mbetjeve;
- e) minimizimin e prodhimit të mbetjeve;
- f) ripërdorimin dhe riciklimin e burimeve që nuk përdoren më;
- g) heqjen nga kontrolli rregullator;
- h) kriteret e pranimi;
- i) sqarime mbi moshollimin e mbetjeve me qëllim shkarkimet në mjedis;
- j) shkarkimi i mbetjeve radioaktive në mjedis;
- k) karakteristikat e mbetjeve radioaktive;
- l) klasifikimin e mbetjeve;
- m) ndarjen e mbetjeve radioaktive;
- n) trajtimi dhe kondicionimi;
- o) paketimi;
- p) kushtet e përgjithshme për ruajtjen e përkohshme;
- q) elemente të depos për ruajtje të përkohshme;
- r) ruajtja afatgjatë;
- s) kushtet speciale në rast mospërputhje me kriteret e pranimi;
- t) programi i monitorimit;
- u) rishikime periodike të sigurisë, paraqit me shkrim një informacion, në lidhje me:
- v) shkarkimet në mjedis
- w) elemente të përgjithshme për çmontimin e depos;
- x) kushtet speciale në rast mospërputhje me kriteret e pranimi;
- y) programi i monitorimit;
- z) rishikime periodike të sigurisë;
- aa) elemente të përgjithshme për çmontimin e depos.

Paraqit me shkrim një dokument me informacion mbi shërbimet bazë, pajisjet që do të përdoren për ruajtjen dhe trajtimin e burimeve radioaktive. Sqaro në detaje proceset që do të kryhen dhe pajisjet që do të përdoren.

Paraqit me shkrim informacion mbi justifikimin dhe kufizimin e ekspozimeve publike dhe të stafit në procesin e ruajtjes dhe trajtimit të burimeve radioaktive

Pika 5. Subjektet që do të ruajnë /trajtojnë burime radioaktive të kategorisë 1, 2 dhe 3 duhet të dërgojnë paraprakisht në ZMR, para fillimit të plotësimit të procedurave për licencë/amenim/rinovim, listën e punonjësve që do të kenë akses/informacion mbi burimet radioaktive të kategorisë 1, 2 dhe 3, me qëllim dërgimin në strukturat përkatëse për verifikimin e besueshmërisë dhe përshtatshmërinë e tyre. Informacioni duhet të përfshijë për secilin të dhënat e mëposhtme;

1. Emër/mbiemër; 2. Funkcioni 3; Nr. i kartës së identitetit/ose i pasaportës; 4. Nr. personal; 5. Vendlindja; 6. Vendbanimi; 7. Ditëlindja; 8. Shtetësia.

Pas marrjes së konfirmimit subjekti do të njoftohet për të vazhduar ose jo procedurat për licencë për këtë veprimtari.

Paraqit në një dokument të veçantë strukturën organizative dhe listën e punëmarrësve që do të manipulojnë me burimin/et radioaktiv/e dhe pajisjen ku është inkorporuar, që kanë akses në zonat e kontrolluara dhe survejuara. Paraqit dokumentacionin në lidhje me kualifikimet dhe eksperiencat e stafit. Të ngarkohen diplomë/certifikatë që vërteton kompetencën profesionale të tij/saj në lidhje me punën që do të kryejë, si dhe certifikatë trajnimi në fushën e mbrojtjes nga rrezatimet jonizuese lëshuar nga institucionet e njohura nga KMR-ja, të ngarkohet vërtetimi i testimit. Ritrajnimi dhe testimi në fushën e mbrojtjes nga rrezatimet kryhet çdo pesë vjet. Për realizimin e trajnimit dhe testimit të njohurive në fushën e mbrojtjes nga rrezatimet, referoju faqes zyrtare: <http://www.ishp.gov.al/të-përgjithshme/ku-përcaktohen-institucionet-e-njohura-për-këtë-qëllim>.

Pika 6. Të paraqitet një kopje e kontratës për dozimetrimin personale, e cila të jetë e përshtatshme për llojin dhe energjitë e rrezatimit që keni në përdorim. Kontrata të paraqesë qartë detyrimet e secilës palë. Të kontaktohet Instituti i Fizikës Bërthamore të Zbatuar për nënshkrimin e kësaj kontrate.



Pika 7. Të plotësohen të dhënat mbi personin përgjegjës për sigurinë ndaj rrezatimit. Në qoftë se personi përgjegjës për mbrojtjen nga rrezatimet nuk gjendet në listën e punëmarrësve të bashkëngjitet diploma/dëshmi që të vërtetojë aftësitë profesionale të tij/saj, certifikatë trajnimi dhe testimi në fushën e mbrojtjes nga rrezatimet jonizuese brenda pesë viteve të fundit, lëshuar nga institucione të njohura nga KMR-ja. Të paraqitet kontrata e punës për personin përgjegjës për mbrojtjen nga rrezatimet.

Të plotësohen të dhënat mbi personin përgjegjës për sigurimin fizik të objektit ku kryhet veprimtaria. Në qoftë se personi përgjegjës për sigurimin fizik të objektit ku kryhet veprimtaria nuk gjendet në listën e punëmarrësve të bashkëngjitet diploma/dëshmi që të vërtetojë aftësitë profesionale të tij/saj. Të paraqitet kontrata e punës për personin përgjegjës për sigurimin fizik të objektit ku kryhet veprimtaria.

KËRKESË PËR LICENCË PËR VEPRIMTARI ME BURIME RADIOAKTIVE

TRANSPORT

- Personi juridik/fizik: _____

Emri Mbiemri (përfaqësuesi ligjor) _____

Adresa _____

Tel. _____

E-mail _____

Ekstrakti i regjistrimit në QKB _____

- Paraqit të dhëna të cilat ndikojnë në sigurinë gjatë transportit të burimeve radioaktive. Paraqit një informacion në lidhje me kategoritë e burimeve që do të transportohen _____

- Paraqit me shkrim një informacion se si do kryhet shërbimi i ngarkimit dhe i shkarkimit të burimeve ose materialeve radioaktive _____

- Paraqit të dhëna mbi personin përgjegjës për mbrojtjen nga rrezatimet

Emri _____

Mbiemri _____

- Paraqit të dhëna mbi personin përgjegjës për sigurimin fizik të objektit ku kryhet veprimtaria ku përdoren burime radioaktive

Emri _____

Mbiemri _____

Dokumente për t'u ngarkuar në sistem, sipas renditjes:

1. Foto të automjetit përfshi dhe foto të zonës së ngarkesës, ku të jetë e dukshme targa e automjetit;
2. Leja e drejtimit ADR e drejtuesit të automjetit;
3. Kontrata e punës e drejtuesit të automjetit;
4. Leje/et e qarkullimit;
5. Rregullore e brendshme për transportin e burimeve radioaktive;
6. Një dokument veçantë për strukturën organizative, sipas sqarimit në pikën nr. 1;
7. Listën e punëmarrësve që do të manipulojnë me burimin/et radioaktiv/e dhe pajisjen ku është inkorporuar, që kanë akses në zonat e kontrolluara dhe survejuara;
8. Diplomë ose certifikatë profesionale për çdo punëmarrës;
9. Certifikatë trajnimi për çdo punëmarrës;
10. Vërtetim testimi për çdo punëmarrës;
11. Kontratën me Institutin e Fizikës Bërthamore të Zbatuar për monitorimin e dozës së ekspozimit të punëmarrësve gjatë punës me burimet radioaktive, sipas listës së deklaruar të punëmarrësve, sipas sqarimit në pikën nr. 2;
12. Kontratën e punës për personin përgjegjës për mbrojtjen nga rrezatimet me punëdhënësin dhe kualifikime të veçanta, sipas sqarimit në pikën nr. 1;



13. Kontratën e punës për personin përgjegjës për sigurimin fizik, me punëdhënësin dhe kualifikime të veçanta, sipas sqarimit në pikën nr. 1;
14. Planin e përgatitjes dhe reagimit në rast incidenti, aksidenti ose event radiologjik;
15. Dokument mbi mënyrën e ruajtjes së dokumentacionit, sipas sqarimit në pikën nr. 3;
16. Raportin mjekësor i aftësisë për punë me burime radioaktive lëshuar nga ISHP-ja për çdo punëmarrës

Të gjitha burimet radioaktive duhet të transportohen tek= përdorues që disponojnë licencën përkatëse për posedimin e burimeve radioaktive.

Duke mbajtur përgjegjësi të plotë për vërtetësinë e të dhënave të mësipërme.

I gjithë dokumentacioni të jetë i skanuar në format PDF me ngjyra.

Kërkesa e plotësuar në mënyrë të parregullt dhe jo të plotë do të sjellë vonesa për subjektin që aplikon për licencë. Bazuar në nenin 3 të rregullores të miratuar me vendimin nr. 10, datë 7.1.2010, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores ‘Për licencimin dhe inspektimin e veprimtarive me burime të rrezatimeve jonizuese’”, për marrjen e licencës, çdo person juridik dhe fizik aplikon jo më vonë se 90 ditë punë para parashikimit për fillimin e veprimtarisë. Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet vendos për miratimin ose jo të licencës jo më vonë se 45 ditë kalendrike nga data e plotësimit të dokumentacionit.

Në rast se kërkesa për licencë ka pasaktësi dhe mungesa në dokumentacion, bazuar në nenin 91/3 të Kodit të Procedurave Administrative, afati për shqyrtimin e saj fillon nga paraqitja e plotë e dokumentacionit.

Shënim:

1. Veprimtaria me burime të rrezatimeve jonizuese realizohet në përputhje me ligjin nr. 8025, datë 9.11.1995, “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese”, të ndryshuar, si dhe të rregulloreve, kodeve dhe praktikave të aprovuara.

2. Në bazë të ligjit për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese dhe të standardeve bazë të mbrojtjes nga rrezatimet, Komisioni për Mbrojtjen nga Rrezatimet jonizuese duhet të njoftohet për çdo veprimtari me burime të rrezatimeve jonizuese, pezullimin ose mbylljen e tyre.

Format shpjegues në lidhje me plotësimin e kërkesës për licencë

Burime radioaktive

Transport

Pika 1. Subjektet që do të kryejnë transport të burimeve radioaktive të kategorisë 1, 2 dhe 3 duhet të dërgojnë paraprakisht në ZMR, para fillimit të plotësimit të procedurave për licencë/amendim/rinovim, listën e punonjësve që do të kryejnë transportin apo kanë informacion mbi burimet radioaktive të kategorisë 1, 2 dhe 3 që do të transportohen, me qëllim dërgimin në strukturat përkatëse për verifikimin e besueshmërisë dhe përshtatshmërisë së tyre. Informacioni duhet të përfshijë për secilin të dhënat e mëposhtme;

1. Emër/mbiemër; 2. Funkcioni; 3. Nr. i kartës së identitetit/ose i pasaportës; 4. Nr. personal 5. Vendlindja; 6. Vendbanimi; 7. Ditëlindja; 8. Shtetësia.

Pas marrjes së konfirmimit subjekti do të njoftohet për të vazhduar ose jo procedurat për licencë për këtë veprimtari.

Të ngarkohen diplomë/certifikatë që vërteton kompetencën profesionale të tij/saj në lidhje me punën që do të kryejë, si dhe certifikatë trajnimi në fushën e mbrojtjes nga rrezatimet jonizuese lëshuar nga institucionet e njohura nga KMR-ja, të ngarkohet vërtetimi i testimit. Ritrajnimi dhe testimi në fushën e mbrojtjes nga rrezatimet kryhet çdo pesë vjet. Për realizimin e trajnimit dhe testimit të njohurive në fushën e mbrojtjes nga rrezatimet, referoju faqes zyrtare: <http://www.ishp.gov.al/të-përgjithshme/ku-përcaktohen-institucionet-e-njohura-për-këtë-qëllim>.



Pika 2. Të paraqitet një kopje e kontratës për dozimetinë personale, e cila të jetë e përshtatshme për llojin dhe energjitë e rrezatimit që keni në përdorim. Kontrata të paraqesë qartë detyrimet e secilës palë. Të kontaktohet Instituti i Fizikës Bërthamore të Zbatuar për nënshkrimin e kësaj kontrate. Kontrata të ngarkohet në sistem.

Pika 3. Paraqit me shkrim mënyrën e ruajtjes së dokumentacionit për të gjithë transportin e burimeve radioaktive dhe pajisjet ku janë të inkuorporuara, sipas lejes së importit, certifikatën e cilësisë së burimit radioaktiv, kategorinë e burimit radioaktiv, informacion mbi kontejnerët dhe tipat e paketimit, dozimetinë personale, incidenteve, trajnimit dhe kontrolli mjekësor periodik i punëmarrësve etj.

KËRKESË PËR LICENCË PËR VEPRIMTARI ME BURIME RADIOAKTIVE

PËRDORIM

- Personi juridik/fizik: _____
Emri Mbiemri (përfaqësuesi ligjor) _____
Adresa _____
Adresa ku kryhet veprimtaria, n.q.s. është e ndryshme nga më sipër _____
Tel. _____
E-mail _____
Ekstrakti i regjistrimit në QKB _____

- Të dhëna mbi burimin/et radioaktiv/e dhe pajisjeve ku janë inkuorporuar.

Burim/e radioaktiv/e:

Prodhuesi _____
Nr. i modelit _____
Nr. i serisë _____
Adresa e prodhuesit _____
Radionuklidi _____
Aktiviteti fillestar _____
Energjitë _____
Forma kimike dhe fizike _____

Shto burime radioaktive

Pajisja ku është inkuorporuar burimi radioaktiv:

Prodhuesi i pajisjes _____
Modeli i pajisjes _____
Numri i serisë i pajisjes _____

Shto pajisje

- Qëllimi i përdorimit të burimit radioaktiv _____

- Përshkruaj se kush do të kryejë shërbime të autorizuar të pajisjeve ku është i inkuorporuar burimi radioaktiv ose për vetë burimin _____

- Paraqit me shkrim informacion të dozave në zonat publike _____
në zonat e kontrolluara _____
në zonat e survejuara _____



- Paraqit me shkrim informacion mbi justifikimin, optimizimin e ekspozimeve të publikut, stafit dhe pacientëve dhe kufizimin e ekspozimeve publike dhe të stafit, për përdorimin e burimeve radioaktive

- Paraqit të dhëna mbi personin përgjegjës për mbrojtjen nga rrezatimet

Emri _____

Mbiemri _____

- Paraqit të dhëna mbi personin përgjegjës për sigurimin fizik të objektit ku kryhet veprimtaria ku përdoren burime radioaktive

Emri _____

Mbiemri _____

- Të paraqiten dokumente në lidhje me çmontimin, trajtimin e sigurt të burimit/eve radioaktiv/e të konsumuara, duke garantuar trajtimin në qendrat përkatëse të mbetjeve radioaktive në fund të përdorimit. Subjekti duhet të paraqesë me shkrim argumente për garanci financiare për trajtimin e burimit të konsumuar

Dokumente për t'u ngarkuar në sistem, sipas renditjes:

1. Planimetrinë me të dhënat, sipas sqarimit në pikën nr. 1;
2. Dokument zyrtar mbi destinacionin e ambientit, sipas sqarimit në pikën nr. 2;
3. Plani i sigurimit për burimet radioaktive, sipas sqarimit në pikën nr. 3;
4. Dokument në lidhje me mënyrën se si është përfutur burimi radioaktiv (dokumenti i blerjes/dhurimit);
5. Certifikatën/at e cilësisë së burimit/eve lëshuar nga prodhuesi;
6. Raportin e vlerësimit të sigurisë dhe të mbrojtjes nga rrezatimet, sipas sqarimit në pikën 4;
7. Rregullore e brendshme për përdorimin e burimeve radioaktive;
8. Një dokument veçantë strukturën organizative, sipas sqarimit në pikën nr. 5;
9. Listën e punëmarrësve që do të manipulojnë me burimin/et radioaktiv/e dhe pajisjen ku është inkorporuar, që kanë akses në zonat e kontrolluara dhe survejuara;
10. Diplomë ose certifikatë profesionale për çdo punëmarrës;
11. Certifikatë trajnimi për çdo punëmarrës;
12. Vërtetim testimi për çdo punëmarrës;
13. Kontratën me Institutin e Fizikës Bërthamore të Zbatuar për monitorimin e dozës së ekspozimit të punëmarrësve gjatë punës me burimet radioaktive, sipas listës së deklaruar të punëmarrësve, sipas sqarimit në pikën nr. 6;
14. Kontratën e punës për personin përgjegjës për mbrojtjen nga rrezatimet me punëdhënësin dhe kualifikime të veçanta, sipas sqarimit në pikën nr. 7;
15. Kontratën e punës për personin përgjegjës për sigurimin fizik, me punëdhënësin dhe kualifikime të veçanta, sipas sqarimit në pikën nr. 7;
16. Planin e përgatitjes dhe reagimit në rast incidenti, aksidenti ose eventi radiologjik;
17. Kontratën për kthimin në vendin e origjinës, ose kontratën për trajtimin në një qendër të licencuar për trajtimin e mbetjeve radioaktive;
18. Dokument mbi mënyrën e ruajtjes së dokumentacionit, sipas sqarimit në pikën nr. 8;
19. Paraqit me tabelë inventarin me karakteristikat dhe të dhënat e burimeve radioaktive në përdorim;
20. Formatin e regjistrit të shkarkimeve në mjedis;
21. Formatin mbi njoftimin e humbjes, vjedhjes ose sabotimit;
22. Raportin mjekësor i aftësisë për punë me burime radioaktive lëshuar nga ISHP-ja për çdo punëmarrës.

Duke mbajtur përgjegjësi të plotë për vërtetësinë e të dhënave të mësipërme.

I gjithë dokumentacioni të jetë i skanuar në format PDF me ngjyra.

Kërkesa e plotësuar në mënyrë të parregullt dhe jo të plotë do të sjellë vonesa për subjektin që aplikon për licencë. Bazuar në nenin 3 të rregullores të miratuar me vendimin nr. 10, datë 7.1.2010, të Këshillit të



Ministrave “Për miratimin e rregullores ‘Për licencimin dhe inspektimin e veprimtarive me burime të rrezatimeve jonizuese’”, për marrjen e licencës, çdo person juridik dhe fizik aplikon jo më vonë se 90 ditë punë para parashikimit për fillimin e veprimtarisë. Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet vendos për miratimin ose jo të licencës jo më vonë se 45 ditë kalendarike nga data e plotësimit të dokumentacionit.

Në rast se kërkesa për licencë ka pasaktësi dhe mungesa në dokumentacion, bazuar në nenin 91/3 të Kodit të Procedurave Administrative, afati për shqyrtimin e saj fillon nga paraqitja e plotë e dokumentacionit.

Shënim:

1. Veprimtaria me burime të rrezatimeve jonizuese realizohet në përputhje me ligjin nr. 8025, datë 9.11.1995, “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese”, të ndryshuar, si dhe të rregulloreve, kodeve dhe praktikave të aprovuara.

2. Në bazë të ligjit për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese dhe të standardeve bazë të mbrojtjes nga rrezatimet, Komisioni për Mbrojtjen nga Rrezatimet jonizuese duhet të njoftohet për çdo veprimtari me burime të rrezatimeve jonizuese, pezullimin ose mbylljen e tyre.

Format shpjegues në lidhje me plotësimin e kërkesës për licencë

Përdorim

Burime radioaktive

Pika 1. Planimetria të paraqitet në një format të përshtatshëm dhe të specifikojë në mënyrë të dukshme të gjitha elementet, ambientet, vendndodhjen e burimit radioaktiv, pajisjeve mbrojtëse të lëvizshme, dyerve, dritareve, ventilatorëve, pasazheve, ambienteve të pritjes së pacientëve, qëndrimin e personelit, ambientet rreth kabinetit, materialin dhe dimensionet përkatëse. Paraqit me ngjyra zonat e kontrolluara, të survejuara dhe zonat publike.

Pika 2. Të dokumentohet destinacioni i ambienteve. Të paraqitet një dokument zyrtar, i cili përcakton destinacionin e ambienteve ku do ushtrohet veprimtaria. (Sipas urdhrit nr. 415, datë 11.10.2011, të ministrit të Shëndetësisë për ndërtimin e kabineteve të radiologjisë dhe ato me burime të hapura dhe të mbyllura radioaktive).

Pika 3. Të paraqitet plani i sigurimit për burimet radioaktive të kategorisë I, II dhe III, sipas udhëzuesit të KMR-së nr. 444/8, datë 29.3.2019. Të paraqitet plani i sigurimit fizik për përdorimin e burimeve radioaktive të kategorisë I, II dhe III, i cili të jetë në përputhje me rregulloren nr. 877, datë 30.10.2015, “Mbi sigurimin fizik të materialeve radioaktive”, si dhe udhëzuesin nr. 444/8, datë 29.3.2019.

Për përgatitjen e këtij plani të kontaktohet personi i ngarkuar nga Policia e Shtetit në Drejtoritë vendore të policisë/komisariati i policisë, aty ku subjekti ushtron veprimtarinë për ruajtje/trajtim të burimeve radioaktive të kategorisë 1, 2 dhe 3.

Referoju faqes zyrtare të internetit <http://www.ishp.gov.al/të-përgjithshme/>.

Pika 4. Të paraqitet vlerësimi për sigurinë dhe mbrojtjen nga rrezatimi nga Instituti i Fizikës Bërthamore të Zbatuar. Paraqit me shkrim një informacion në rast se ka shkarkime në mjedis.

Për realizimin e raport-ekspertizës referoju faqes zyrtare: <http://www.ishp.gov.al/të-përgjithshme/>.

Vlerësimi për sigurinë dhe mbrojtjen nga rrezatimi të bëhet në analogji me udhëzimin e miratuar nga KMR-ja nr. 72/21, datë 17.8.2021.

Pika 5. Subjektet që do të përdorin burimeve radioaktive të kategorisë 1, 2 dhe 3 duhet të dërgojnë paraprakisht në ZMR, para fillimit të plotësimit të procedurave për licencë/amendim/rinovim, listën e punonjësve që do të kenë akses dhe informacion mbi burimet radioaktive të kategorisë 1, 2 dhe 3, me qëllim dërgimin në strukturat përkatëse për verifikimin e besueshmërisë dhe përshtatshmërisë së tyre. Informacioni duhet të përfshijë për secilin të dhënat e mëposhtme;

1. Emër/mbiemër; 2. Funksioni; 3. Nr. i kartës së identitetit/ose i pasaportës; 4. Nr. personal 5. Vendlindja; 6. Vendbanimi; 7. Ditëlindja; 8. Shtetësia.

Pas marrjes së konfirmimit subjekti do të njoftohet për të vazhduar ose jo procedurat për licencë për këtë veprimtari.



Paraqit në një dokument veçantë strukturën organizative dhe listën e punëmarrësve që do të manipulojnë me burimin/et radioaktiv/e dhe pajisjen ku është inkomporuar, që kanë akses në zonat e kontrolluara dhe survejuara. Paraqit dokumentacionin në lidhje me kualifikimet dhe eksperiencat e stafit. Të ngarkohen diplomë/certifikatë që vërteton kompetencën profesionale të tij/saj, në lidhje me punën që do të kryejë, si dhe certifikatë trajnimi në fushën e mbrojtjes nga rrezatimet jonizuese lëshuar nga institucionet e njohura nga KMR-ja, të ngarkohet vërtetimi i testimit. Ritrajnimi dhe testimi në fushën e mbrojtjes nga rrezatimet kryhet çdo pesë vjet. Për realizimin e trajnimit dhe të testimit të njohurive në fushën e mbrojtjes nga rrezatimet, referoju faqes zyrtare: <http://www.ishp.gov.al/te-pergjithshme/ku-percaktohen-institucionet-e-njohura-per-kete-qellim>.

Pika 6. Paraqit kontratën me Institutin e Fizikës Bërthamore të Zbatuar, Tiranë, për monitorimin e dozës së ekspozimit të punëmarrësve gjatë punës me burimet radioaktive, sipas listës së deklaruar të punëmarrësve, e cila të jetë e përshtatshme për llojin dhe energjitë e rrezatimit që keni në përdorim. Për praktikën, siç përcaktohen në nenin 31 të VKM-së nr. 801, datë 11.12.2019, për të cilat nuk është e nevojshme nënshkrimi i kontratës për dozimetrimin personale me IFBZ, të kryhet monitorimi i vendit të punës nga përgjegjësi i mbrojtjes nga rrezatimet ose nga një ekspert i mbrojtjes nga rrezatimet.

Pika 7. Të ngarkohen diplomë/certifikatë që vërteton kompetencën profesionale të tij/saj, në lidhje me punën që do të kryejë, si dhe certifikatë trajnimi në fushën e mbrojtjes nga rrezatimet jonizuese lëshuar nga institucionet e njohura nga KMR-ja, të ngarkohet vërtetimi i testimit. Ritrajnimi dhe testimi në fushën e mbrojtjes nga rrezatimet kryhet çdo pesë vjet. Për realizimin e trajnimit dhe testimit të njohurive në fushën e mbrojtjes nga rrezatimet, referoju faqes zyrtare: <http://www.ishp.gov.al/te-pergjithshme/ku-percaktohen-institucionet-e-njohura-per-kete-qellim>.

Pika 8. Të paraqitet një dokument mbi mënyrën e ruajtjes së dokumentacionit për të gjitha burimet radioaktive dhe pajisjet ku janë të inkomporuara, sipas lejes së importit, informacion mbi lejen/lejet e import/eksportit të lëshuara nga Zyra e Mbrojtjes nga Rrezatimet ose Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet, certifikatën e cilësisë së burimit radioaktiv, kategorinë e burimit radioaktiv, informacion mbi kontejnerët dhe tipat e paketimit, dozimetrimin personale, izodozave, incidenteve, trajnimit, shërbimeve të pajisjeve dhe kontrolli mjekësor periodik i punëmarrësve etj.

KËRKESË PËR LICENCË PËR VEPRIMTARI ME GJENERATORË /LLAMBË ME RREZE X INSTALIM/MIRËMBAJTJE

- Personi juridik/fizik: _____

Emri Mbiemri (përfaqësuesi ligjor) _____

Adresa _____

Tel. _____

E-mail _____

Ekstrakti i regjistrimit në QKB _____

- Paraqit të dhëna mbi personin përgjegjës për mbrojtjen nga rrezatimet

Emri _____

Mbiemri _____

Duke mbajtur përgjegjësi të plotë për vërtetësinë e të dhënave të mësipërme.

Dokumente për t'u ngarkuar në sistem, sipas renditjes:

1. Një dokument veçantë strukturën organizative, sipas sqarimit në pikën nr. 1;
2. Listën e punëmarrësve që do të manipulojnë me gjeneratorë/llambë me rreze X, që kanë akses në zonat e kontrolluara dhe survejuara;
3. Diplomë ose certifikatë profesionale për çdo punëmarrës;
4. Certifikatë trajnimi për çdo punëmarrës;
5. Vërtetim testimi për çdo punëmarrës;



6. Kontratën me Institutin e Fizikës Bërthamore të Zbatuar për monitorimin e dozës së ekspozimit të punëmarrësve gjatë punës me gjeneratorë me rreze X, sipas listës së deklaruar të punëmarrësve, sipas sqarimit në pikën nr. 2.

7. Kontratën e punës për personin përgjegjës për mbrojtjen nga rrezatimet me punëdhënësin dhe kualifikime të veçanta, sipas sqarimit në pikën nr. 3;

8. Planin e reagimit në rast incidenti;

9. Rregullore e brendshme për instalimin dhe mirëmbajtjen e gjeneratorëve/llambave me rreze X;

10. Dokument mbi mënyrën e ruajtjes së dokumentacionit, sipas sqarimit në pikën nr. 4;

11. Raportin e vlerësimit të sigurisë dhe të mbrojtjes nga rrezatimet, sipas sqarimit në pikën nr. 5;

12. Deklaratë për mosinstalimin e gjeneratorëve me rreze X në kundërshtim me urdhrin nr. 415, datë 11.10.2011, mbi destinacionin e ambientit ku ushtrohet veprimtaria;

13. Raportin mjekësor i aftësisë për punë me burime radioaktive lëshuar nga ISHP-ja për çdo punëmarrës.

I gjithë dokumentacioni të jetë i skanuar në format PDF me ngjyra.

Kërkesa e plotësuar në mënyrë të parregullt dhe jo të plotë do të sjellë vonesa për subjektin që aplikon për licencë. Bazuar në nenin 3 të rregullores të miratuar me vendimin nr. 10, datë 7.1.2010, të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores ‘Për licencimin dhe inspektimin e veprimtarive me burime të rrezatimeve jonizuese’”, për marrjen e licencës, çdo person juridik dhe fizik aplikon jo më vonë se 90 ditë punë para parashikimit për fillimin e veprimtarisë. Komisioni i Mbrojtjes nga Rrezatimet vendos për miratimin ose jo të licencës jo më vonë se 45 ditë kalendarike nga data e plotësimit të dokumentacionit.

Në rast se kërkesa për licencë ka pasaktësi dhe mungesa në dokumentacion, bazuar në nenin 91/3 të Kodit të Procedurave Administrative, afati për shqyrtimin e saj fillon nga paraqitja e plotë e dokumentacionit.

Shënim:

1. Veprimtaria me burime të rrezatimeve jonizuese realizohet në përputhje me ligjin nr. 8025, datë 9.11.1995, “Për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese”, të ndryshuar, si dhe të rregulloreve, kodeve dhe praktikave të aprovuara.

2. Në bazë të ligjit për mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese dhe të standardeve bazë të mbrojtjes nga rrezatimet, Komisioni për Mbrojtjen nga Rrezatimet jonizuese duhet të njoftohet për çdo veprimtari me burime të rrezatimeve jonizuese, pezullimin ose mbylljen e tyre.

Format shpjegues në lidhje me plotësimin e kërkesës për licence

Gjeneratorë/llambë me rreze X

Instalim/mirëmbajtje

Pika 1. Të ngarkohen diplomë/certifikatë që vërteton kompetencën profesionale të tij/saj, në lidhje me punën që do të kryejë, si dhe certifikatë trajnimit në fushën e mbrojtjes nga rrezatimet jonizuese lëshuar nga institucionet e njohura nga KMR-ja, të ngarkohet vërtetimi i testimit. Për realizimin e trajnimit dhe testimit të njohurive në fushën e mbrojtjes nga rrezatimet, referoju faqes zyrtare: <http://www.ishp.gov.al/të-përgjithshme/ku-përcaktohen-institucionet-e-njohura-për-këtë-qëllim>.

Pika 2. Të paraqitet një kopje e kontratës për dozimetrimin personale, e cila të jetë e përshtatshme për llojin dhe energjitë e rrezatimit me të cilat do të manipuloni. Kontrata të paraqesë qartë detyrimet e secilës palë. Të kontaktohet Instituti i Fizikës Bërthamore të Zbatuar për nënshkrimin e kësaj kontrate.

Pika 3. Të plotësohen të dhënat mbi personin përgjegjës për sigurinë ndaj rrezatimit. Në qoftë se personi përgjegjës për mbrojtjen nga rrezatimet nuk gjendet në listën e punëmarrësve, të bashkëngjitet diploma/dëshmi që të vërtetojë aftësitë profesionale të tij/saj, certifikatë trajnimit dhe testimi në fushën e mbrojtjes nga rrezatimet jonizuese brenda pesë viteve të fundit, lëshuar nga institucione të njohura nga KMR-ja. Të paraqitet kontrata e punës për personin përgjegjës për mbrojtjen nga rrezatimet.

Pika 4. Të përshkruhet me shkrim mënyra e ruajtjes së të dhënave për dozimetrimin personale, incidenteve, trajnimit, testimi i stafit, shërbimeve të pajisjeve dhe kontrolli mjekësor periodik i



punonjësve. Të krijojë një bazë të dhënash për çdo pajisje që instalohet/mirëmbahet. Paraqit formatin e kësaj baze të dhënash, ku të jetë i përfshirë dhe numri i lejes së importit të pajisjes.

Pika 5. Të paraqitet vlerësimi për sigurinë dhe mbrojtjen nga rrezatimi, i cili merr në konsideratë gjatë instalimit/mirëmbajtjes, si më poshtë:

- Ngarkesa vjetore maksimale;
- Faktori i përdorimit;
- Pajisjet mbrojtëse të lëvizshme dhe ato personale;
- Rrethanat e posaçme;
- Vendosja e shenjave të rrezikut të rrezatimit jonizues;
- Instrumentet matëse dhe kalibrimi i tyre;
- Teste për rrjedhje etj.

Për realizimin e raport-ekspertizës referoju faqes zyrtare: <http://www.ishp.gov.al/të-përgjithshme/> ku përcaktohet lista e personave/institucioneve të njohur nga KMR-ja, për realizimin e raportit/ekspertizën mbi sigurinë dhe mbrojtjen nga rrezatimet jonizuese.

Subjektet private për kryerjen e ekspertizës t'i referohen listës së ekspertëve të njohur nga KMR-ja, ndërsa subjektet shtetërore të kontaktojnë Institutin e Fizikës Bërthamore të Zbatuar, siç përcaktohet në faqen zyrtare.

VENDIM

Nr. 763, datë 20.12.2023

PËR MIRATIMIN E MEMORANDUMIT TË MIRËKUPTIMIT NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË SHETIT TË KUVAJTIT, PËR BASHKËPUNIMIN NË FUSHËN E BUJQËSISË

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 19, të ligjit nr. 43/2016, "Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë", me propozimin e ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Miratimin e memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së shtetit të Kuvajtit, për bashkëpunimin në fushën e bujqësisë, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

**KRYEMINISTËR
Edi Rama**

MEMORANDUM MIRËKUPTIMI NDËRMJET QEVERISË SË SHETIT TË KUVAJTIT DHE KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË PËR BASHKËPUNIMIN NË FUSHËN E BUJQËSISË

Qeveria e Shtetit të Kuvajtit, e përfaqësuar nga Autoriteti Publik për Bujqësinë dhe Burimet Peshkore, dhe Këshilli i Ministrave i Republikës së Shqipërisë, i përfaqësuar nga Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave (më poshtë të quajtura "Palët"),

duke garantuar bashkëpunimin në fushën e bujqësisë, mbrojtjen e bimëve, sigurinë ushqimore, shëndetin e kafshëve dhe peshkimit, kanë rënë dakord si më poshtë:

Neni 1

Palët kanë rënë dakord të bashkëpunojnë në fushën e bujqësisë midis dy vendeve, si më poshtë:

1. Burimet e bimëve:

- zhvillimi i fidanishteve, mbjelljen pa tokë dhe transferimin e teknologjisë në këtë fushë;
- shkëmbimin e kërkimeve dhe eksperimenteve bujqësore, në lidhje me rritjen e prodhimit;
- trajnimi i stafit në fushën e prodhimit bimor, shkëmbimi i ekspertëve dhe i specialistëve në sektorin e bujqësisë dhe menaxhimi i integruar i burimeve ujore;
- investime të përbashkëta në fushën e bujqësisë.